⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　80ｋＶから最高加速電圧200ｋＶ以上まで可変できる加速電圧で走査透過電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）観察および透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）観察が行えること。
　B　高輝度の電界放出型電子銃を備えていること。
　C　平行かつ高電流密度の微小プローブが得られるように３段集束レンズを有するビーム照射系を備えていること。
　D　２次元元素分析が可能であること。
　E　高傾斜３軸試料ホルダーを装着して３次元ＴＥＭ／ＳＴＥＭトモグラフィー観察が行えること。
　F　将来的に球面収差補正機の取り付けが可能であること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１（２）の物品に関する一般的な参考資料及び同（５）の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年６月21日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒812―8581 福岡市東区箱崎六丁目10番１号　国立大学法人九州大学財務部調達課調達総括係　安田　俊郎　電話092―642―2188
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年５月21日から平成22年６月21日まで。
⑵　交付場所　上記２（２）に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年６月４日14時00分
⑵　開催場所　国立大学法人九州大学筑紫地区事務部中会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Field Emission Gun Scanning Transmission Electron Microscope 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　Scanning transmission electron microscopy (STEM) and transmission electron microscopy (TEM) observations under various accelerating voltages ranging from 80 kV to 200 kV or a higher value have to be possible.
　B　A field-emission electron gun with high brightness has to be equipped.
　C　A beam illumination system with three condenser lenses which can form a small and parallel electron probe with high current density has to be equipped.
　D　Two-dimensional elemental analysis has to be possible.
　E　Three-dimensional TEM/STEM tomography observations using a high-angle triple-axis specimen holder have to be possible.
　F　Upgrading to a spherical aberration corrected electron microscope has to be possible.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 21, June, 2010
⑹　Contact point for the notice : YASUDA Toshirou, General Procurement Section, Procurement Division, Kyushu University, 6―10―1 Hakozaki Higashi-ku Fukuoka-shi 812―8581 Japan, TEL 092―642―2188

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 22 年５月 21 日
国立大学法人宮崎大学
契約担当役　理事　白石　薫二
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45

○第１号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　22
⑵　導入計画物品及び数量　光学医療診療システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成22年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　デジタルＸ線多目的透視撮影システム　２台
　高精細なデジタルＸ線多目的透視撮影システムであること。
　B　超音波ガストロビデオスコープおよび内視鏡用超音波観測装置
　高分解能な超音波内視鏡観察が可能であること。電子走査にもメカニカル走査にも対応する内視鏡用超音波観測装置であること。
　C　十二指腸ビデオスコープ
　大口径チャンネルを有し、広範な処置具と多様な手技に対応可能な汎用性が確保されていること。
　D　シーリングペンダント
　天井懸垂式アームシステムで、コンソール、各種アーム、取り付け軸などの組み合わせで様々な用途に対応可能なこと。十分な強度を有し、安全性が確保されていること。
　E　内視鏡およびＸ線画像コントロールシステム
　各種の内視鏡画像、超音波画像を画像サーバーに保存し、かつ電子カルテ上でも記録・閲覧が可能な利便性の高いシステムであること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年７月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒889―2192 宮崎市学園木花台西一丁目１番地　国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課経理調達係政府調達担当係長　佐藤　大希　電話0985―58―7574
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年５月21日から平成22年７月６日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年６月２日14時30分
⑵　開催場所　宮崎大学木花キャンパス事務局大会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Endoscopic diagnostics and therapeutics system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　Multipurpose digital X-ray imaging system 2 Set
　This system should be equipped with high definition digital image processing and analyzing.
　B　Ultrasound digestive video endoscope and endoscopic ultrasound center system
　This system should be equipped with high-resolution endoscopic imaging and with endoscopic ultrasound system to combine 360-degree electronic and mechanical radial scanning in a single device.
　C　Digestive video endoscope for biliary and pancreatic diagnosis and therapeutics
　This video endoscope should be equipped with optimal combination of digestive endoscopy and multiple endotherapies.
　D　Ceiling pendant system
　This system should have many incremental options to optimize both clinical staff and patient environments. In addition, this ceiling service unit should be safety and equipped compact configurations of strong rigid arms.
　E　Intelligent filing and control system of the endoscopic images and endoscopic ultrasound images
　This system should be visualized and organized various high quality endoscopic images. This system can be linked with the existing PACS.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 6, July, 2010
⑹　Contact point for the notice : Hiroki Sato, Procurement Section, Accounting Division, National University Corporation University of Miyazaki, 1―1 Gakuen Kibana-dai Nishi Miyazaki-shi 889―2192 Japan, TEL 0985―58―7574