・照明　FarRed（単色光）、730～750um（分光分布）
　器具数　上６個、下７個
　Red（単色光）、660～667um（分光分布）
　器具数　上６個、下７個
　Blue（単色光）、450～457um（分光分布）
　器具数　上６個、下７個
　ＵＶ（単色光）、317um（分光分布）
　器具数　上６個、下７個
・外気量　5.5ｒ／ｈ以上
・空調方式　壁面下部吹出し、上部吸込み
・安全機能
　漏電警報、冷凍機異常、送風機異常、各室ヒーター加熱異常
　各室温度上下限警報、停電復帰後自動復帰、異常時装置自動停止

9．Ｐ１型　自然光型ファイトトロン　４台
・前室とガラス室から構成され、ガラス室への入り口側に前室を設置すること。
・Ｐ１レベル対応であること。
・ガラス室　間口　3,600mm以上、奥行き4,500mm以上
　外壁ガラス　フロート強化ガラス　５mm以上
　屋根　フロート強化ガラス　５mm以上
　床　パンチングパネル　５mm以上
・温度　夏期　23～32℃±３℃、冬期　－５～25℃±３℃
・温度制御　白金測温抵抗体による三位置制御
・外気量　７ｒ／ｈ以上
・気流　床全面吹出し、壁面吸込み
・補光ランプ
　メタルハライドランプ×４台
　高圧ナトリウムランプ×２台
・照明　ＬＥＤ蛍光灯×２台
・プログラムコントロール　タッチパネル式一括マルチコントロール
　実時刻方式／積算方式切替
　温度・湿度・照明一括制御
・安全機能　各主幹漏電ブレーカー配備、停電復帰後装置自動復帰、異常時装置自動停止
・前室　ガラス室用空調ユニット及び制御盤の設置

10．Ｐ１型　自然光型ファイトトロン　１台
・前室とガラス室から構成され、ガラス室への入り口側に前室を設置すること。
・Ｐ１レベル対応であること。
・ガラス室　間口　3,600mm以上、奥行き4,500mm以上
　外壁ガラス　フロート強化ガラス　５mm以上
　屋根　熱線反射ガラス　６mm以上
　床　パンチングパネル　５mm以上
・温度　昼　25～30℃±３℃、夜　20～25℃±３℃
・温度制御　白金測温抵抗体による三位置制御
・外気量　７ｒ／ｈ以上
・気流　床全面吹出し、壁面吸込み
・補光ランプ
　メタルハライドランプ×４台
　高圧ナトリウムランプ×２台
・照明　ＬＥＤ蛍光灯×３台
・プログラムコントロール　タッチパネル式一括マルチコントロール
　実時刻方式／積算方式切替
　温度・湿度・照明一括制御
・安全機能　各主幹漏電ブレーカー配備、停電復帰後装置自動復帰、異常時装置自動停止
・前室　ガラス室用空調ユニット及び制御盤の設置

11．Ｐ１型　自然光型ファイトトロン　１台
・前室とガラス室から構成され、ガラス室への入り口側に前室を設置すること。
・Ｐ１レベル対応であること。
・ガラス室　間口　3,600mm以上、奥行き4,500mm以上
　植物育成用高遮熱合わせガラス　6.2mm以上
　遮熱性　1500nm以上にて分光透過率０％
　床　パンチングパネル　５mm以上
・温度　15～30℃±３℃
・温度制御　白金測温抵抗体による三位置制御
・外気量　７ｒ／ｈ以上
・気流　床全面吹出し、壁面吸込み
・補光ランプ　メタルハライドランプ×４台
・照明　ＬＥＤ蛍光灯×３台
・プログラムコントロール　タッチパネル式一括マルチコントロール
　実時刻方式／積算方式切替
　温度・湿度・照明一括制御
・安全機能　各主幹漏電ブレーカー配備、停電復帰後装置自動復帰、異常時装置自動停止
・前室　ガラス室用空調ユニット及び制御盤の設置

12．Ｐ１型　自然光型ファイトトロン　４台
・前室とガラス室から構成され、ガラス室への入り口側に前室を設置すること。
・Ｐ１レベル対応であること。
・ガラス室　間口　3,600mm以上、奥行き4,500mm以上
　外壁ガラス　フロート強化ガラス　５mm以上
　屋根ガラス　フロート強化ガラス　５mm以上
　床　パンチングパネル　５mm以上
・温度　夏期　17～32℃±３℃、冬期　－５～30℃±３℃
・温度制御　白金測温抵抗体による三位置制御
・外気量　７ｒ／ｈ以上
・気流　床全面吹出し、壁面吸込み
・補光ランプ
　メタルハライドランプ×４台
　高圧ナトリウムランプ×２台
・照明　ＬＥＤ蛍光灯×２台
・プログラムコントロール　タッチパネル式一括マルチコントロール
　実時刻方式／積算方式切替
　温度・湿度・照明一括制御
・安全機能　各主幹漏電ブレーカー配備、停電復帰後装置自動復帰、異常時装置自動停止
・前室　ガラス室用空調ユニット及び制御盤の設置

13．Ｐ１型　自然光型ファイトトロン　１台
・前室とガラス室から構成され、ガラス室への入り口側に前室を設置すること。
・Ｐ１レベル対応であること。
・ガラス室　間口　3,600mm以上、奥行き4,500mm以上
　フロート強化ガラス　５mm以上
　遮熱性　1500nm以上にて分光透過率０％
　床　パンチングパネル　５mm以上
・温度　夏期　25～32℃±３℃、冬期　－５～30℃±３℃
・温度制御　白金測温抵抗体による三位置制御
・外気量　７ｒ／ｈ以上
・気流　床全面吹出し、壁面吸込み
・補光ランプ
　メタルハライドランプ×４台
　高圧ナトリウムランプ×２台
・照明　ＬＥＤ蛍光灯×３台
・プログラムコントロール　タッチパネル式一括マルチコントロール
　実時刻方式／積算方式切替
　温度・湿度・照明一括制御
・安全機能　各主幹漏電ブレーカー配備、停電復帰後装置自動復帰、異常時装置自動停止
・前室　ガラス室用空調ユニット及び制御盤の設置

14．Ｐ１型　自然光型ファイトトロン　１台
・前室とガラス室から構成され、ガラス室への入り口側に前室を設置すること。
・Ｐ１Ｐレベル対応であること。
・ガラス室　間口　3,600mm以上、奥行き4,500mm以上
　外壁ガラス　フロート強化ガラス　５mm以上
　屋根　熱線反射ガラス　６mm以上
　床　パンチングパネル　５mm以上
・温度　昼間　20～32℃±３℃、夜間14～26℃±３℃
・温度制御　白金測温抵抗体による三位置制御
・外気量　７ｒ／ｈ以上
・気流　床全面吹出し、壁面吸込み