3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年２月１日から平成30年３月５日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成30年２月９日10時00分
⑵　開催場所　国立大学法人奈良女子大学事務局第二会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Computer System of Nara Women's University 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The new system should be a distributed processing system which can support education, research, library services, attached schools and other various administrative services efficiently.
B　All systems should be connected to the computer network to share the computer resources easily from computers distributed in the university. It should be provided with high network security, reliability and robustness.
C　The new system should have user management system necessary for the general education of information technology, program languages. It also must have CAI software.
D　The new system should be able to support scientific calculation system, statistical analysis package, integrated database and multimedia software.
E　The new system should have a library information and management system that can import all the existing computer resources in the library.
F　The new system should have the following servers, PCs and I／Os. Servers : File server, Authentication server, Mail server (including Web mail and Anti SPAM function), Web server, Proxy, Fire Wall, Virus Mail scanning server, Domain Name Server, and Backup server, etc I／Os : Printers and Scanners.
G　The new system should have an energy saving function, a labor saving function, an automatic system backup and automatic system restoration function. Servers and network equipment should have power supply security using UPS (with a storage battery life guaranteed for 5 more years).
H　The new system should have mutual data converter for all data format of computer resources in the university.
I　The new system should be supported by a reliable and prompt maintenance service.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　5 March, 2018
⑹　Contact point for the notice : Hyoe Takahata, Contracts Section, Financial Division, The National University Corporation Nara Women's University, Kitauoya Higashi-machi Nara-shi 630―8506 Japan, TEL 0742―20―3216

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 30 年２月１日
国立大学法人宮崎大学
契約担当役　理事　増田　宏明
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45
○第５号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　採血・検体検査システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成30年度９月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　自動採血管準備
a　自動採血管準備装置は受付された採血オーダー情報を自動的に各採血管にバーコードラベルを貼付し患者毎に分別する機能を有すること。
b　患者の採血待ち時間及び採血順番を液晶パネル等で提示できる機能を有すること。
c　リアルタイムでバーコードラベルの貼付された採血管の状況確認や管理が追跡可能なシステムであること。
d　中央採血システムは同時に７名以上が採血可能であること。
e　各採血台には採血情報端末により患者情報を閲覧することが可能であること。
f　病院・検査情報システムとのデータ連携が可能であること。
B　尿一般検査
a　尿分取装置はバーコード対応で自動的に尿カップから２種類の尿容器に分取できること。
b　尿定性分析装置と尿中有形成分分析装置の連結されており、依頼項目により、選択的に尿定性・尿沈渣分析が可能であること。
c　病院ホストコンピューターと分析装置との通信が可能であること。
d　尿一般と尿生化学と外注検査用に各々シーケンス番号が取得できること。
C　全自動凝固分析装置
a　24時間スタンバイが可能であること。
b　測定原理は光学的凝固時間法、比色法、免疫比濁法を有していること。
c　検体処理能力は、単体で最大250テスト／時間（凝固項目）以上であること。
d　緊急検体架設部を有し、測定中も随時検体追加が可能であること。
e　検体バーコードでの運用が可能であること。
f　本院の検査システム・病院情報システムと接続すること。
D　免疫発光測定装置
a　24時間スタンバイが可能であること。
b　検体処理能力は、120テスト／時間以上であること。
c　緊急検体架設部を有し、測定中も随時検体追加が可能であること。
d　検体バーコードでの運用が可能であること。
e　本院の検査システム・病院情報システムと接続すること。
E　フローサイトメーターシステム
a　６カラー以上での解析が可能であること。
b　現有機と同等またはそれ以上の処理能力を有すること。
F　ディスカッション顕微鏡
a　顕微鏡（G　生物顕微鏡）と同メーカーであること。
G　生物顕微鏡
a　生物顕微鏡本体は三眼鏡筒仕様で、顕微鏡用デジタルカメラの取り付けが可能であること。
b　対物レンズを６個以上取り付け可能なレボルバであること。
c　対物レンズはプランセミアポクロマート以上のグレードであること。
H　顕微鏡撮影装置
a　顕微鏡撮影装置は有効画素数190万画素以上であること。
I　検体検査室免震装置
a　定期的なメンテナンスが不必要な免震装置であること。
b　免震装置はマグニチュード６（水平方向最大入力加速度810gal）以上の地震に耐えうる免震装置であること。
J　緊急検査・尿用生化学自動分析装置
a　測定方式は、ディスクリート、ピックアップ方式で、エンドポイント測定法、レート測定法、検体ブランク測定法が行え、ＩＳＥ法による電解質測定が可能なこと。
b　恒温槽は37℃±0.1℃の範囲で温度制御できること。
c　比色項目の処理能力は、トータルで2,000テスト／時以上であること。
d　１台での同時測定項目数は、70項目以上可能であること。
e　サンプリングプローブは、詰まり検知機能を有すること。
f　測光方式は、反応管直接測光方式で33ポイント以上測光可能なこと。