④　パノラマ・セファロＸ線撮影装置　１式
⑤　移動型Ｘ線撮影装置　２式
B　デジタルＸ線撮影装置の検出器は、歯科用イメージングプレートを除き、全て平面検出器を用いていること。
C　本学の求める撮影方法全てに対応可能であること。
D　既存の放射線情報システム（ＲＩＳ）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）と連携接続可能であること。
E　医療機器としての安全性が保証されていること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成30年５月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒431―3192　浜松市東区半田山１―20―１　浜松医科大学会計課専門職員（契約担当）　久慈　　裕　電話053―435―2148
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年４月２日から平成30年５月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成30年４月10日14時00分
⑵　開催場所　浜松医科大学管理棟２階第二会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Digital radiography system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The required system should be a configuration of the following digital X-ray machines.
①　General purpose X-ray machine : 3 sets,
②　X-ray machine for skull : 1 set,
③　Intraoral X-ray machine : 1 set,
④　Panorama and cephalometric X-ray machine : 1 set, and
⑤　Mobile X-ray machine : 2 sets.
B　The X-ray machines should have a flat panel detector except the intraoral X-ray machine.
C　The required system should have performance for any imaging procedure that is requested by us.
D　The required system should have an interface to communicate with RIS and PACS.
E　The required system should be guaranteed safety as the medical equipment.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　18 May, 2018
⑹　Contact point for the notice : Yutaka Kuji, Expert Official, Accounting Section, Hamamatsu University School of Medicine, 1―20―1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi 431―3192 Japan, TEL 053―435―2148

○第３号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＩＶＲ－ＣＴシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成30年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　要求システムは、シングルプレーン血管造影装置とＸ線ＣＴ装置を備え、同室にて両システム連携のもとに検査、及び治療を行うことが可能であること。
B　要求システムによる検査、治療に必要なアプリケーション、及び周辺機器を有すること。
C　被ばく低減機能を有すること。
D　既存の放射線情報システム（ＲＩＳ）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）、及び３Ｄ画像処理システムと連携接続可能であること。
E　医療機器としての安全性が保証されていること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成30年５月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒431―3192　浜松市東区半田山１―20―１　浜松医科大学会計課専門職員（契約担当）　久慈　　裕　電話053―435―2148
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年４月２日から平成30年５月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成30年４月10日14時00分
⑵　開催場所　浜松医科大学管理棟２階第二会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : IVR-CTsystem 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The required system should be a hybrid suit that combines a single plane angiography system and a computed tomography scanner to perform interventional procedures with integrated images.
B　The required system should have application software and necessary equipment for interventional procedures.
C　The required system should have a function to reduce radiation exposure of patients.
D　The required system should have an interface to communicate with RIS, PACS, and 3D image processing devices installed in the department.
E　The required system should be guaranteed safety as a medical equipment.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　18 May, 2018
⑹　Contact point for the notice : Yutaka Kuji, Expert Official, Accounting Section, Hamamatsu University School of Medicine, 1―20―1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi 431―3192 Japan, TEL 053―435―2148

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成30年４月２日
国立大学法人鳥取大学長　豊島　良太
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　31

○第１号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　迅速臨床検査システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成30年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　本システムは、病院情報管理システム配下の検査部門システムＣＬＩＮＩＬＡＮの仕組みに適合し、本院における高度で適切な患者診療の向上に資すること。
B　本システムは、本院の患者診療のための臨床検査を実施するにあたり、精度、測定時間、処理能力において十分な機能を有すること。
C　本システムは、検査部門システムＣＬＩＮＩＬＡＮに接続できること。
D　本システムは、検査部の機器を集約化し、迅速な結果報告と業務の効率化を図ることができること。
E　本システムの運用上必要となる技術情報及び学術情報を提供し、必要に応じて検査部職員の教育訓練を行うこと。
F　本システムに対する包括的なトラブル対応体制を有し、トラブル対応サービスを24時間迅速に提供すること。