◎調達機関番号　415　◎所在地番号　06
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　人工呼吸器　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期
平成30年度５月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
人工呼吸器Ａ１、新生児・小児及び成人の患者に対応していること。２、不慮の電源消失時でも、内臓バッテリーで人工呼吸が30分以上継続可能であること。３､呼吸器本体はディスプレイと別体であり、ディスプレイ不良時でも動作を維持できる機能を有すること。４、気道圧開放換気モードを備えていること。人工呼吸器Ｂ１、挿管換気・マスク換気ができること。２、患者の肺の状況に適応した設定を安全な範囲で自動的に調整できるモードを有していること。３、肺の状態を視覚的に表示する機能を備えていること。人工呼吸器Ｃ１、小児から成人までの患者に対応していること。２、Low Flow PV抽出機能から最適なPEEP値を測定できること。３、自動で自発呼吸トライアル（SBT；Spontaneous Breathing Trial）を行う機能を有していること。人工呼吸器　Ｄ１、非侵襲的換気のみならず，侵襲的換気にも使用できること。２、圧縮空気配管への接続なしで駆動する機能を有していること。３､酸素モジュール内臓で、全てのモードで酸素濃度の設定が可能であること。人工呼吸器　Ｅ１、体重５ｋｇ以上の小児から成人の患者に使用可能であること。２、移動に適当なように本体重量５ｋｇ以下であること。３、供給電源はAC電源・DC電源・バッテリー電源が使用可能であること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成30年７月13日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒990―9585　山形市飯田西２―２―２山形大学飯田キャンパス事務部企画管理課調達担当（病院担当）三澤　健一　電話023―628―5028
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年５月28日から平成30年７月13日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成30年６月７日10時00分
⑵　開催場所　山形大学医学部第二会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Ventilator 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement : Ventilator A1 Neonatal, Pediatric and Adult patients mode is needed.2 If AC power is lost, Internal battery can power the ventilator for 30 minutes is needed.3 The monitor separates from the main body of the ventilator is needed. A function which, in the event of monitor failures, will continue to deliver ventilatory support is needed.4 The APRV mode （APRV ; airway pressure release ventilation) is needed. Ventilator B1 Intubation and mask ventilation is needed.2 Automatic respiratory parameters depending on the patient's lung mechanics control mode is needed.3 The Dynamic Lung (Real-time visualization of the lungs) is needed.Ventilator C1 Pediatric and Adult patients mode is needed.2 The function can calculate the best PEEP by performing a low-flow PV loop is needed.3 The SmartCare (Automated weaning and SBT systems) is needed. Ventilator D1 The NIV and NVVP mode is needed.2 Internal air compressor is needed.3 The oxygen cell (21―100%, all mode) is needed. Ventilator E1 From child to adult (over 5 kilograms in weight) mode is needed. 2 The weight of main body (less than 5 kilograms) is needed. 3 Electric supply source (AC power, DC power and battery power) is needed.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　13 July, 2018
⑹　Contact point for the notice : Kenichi Misawa, Procurement Section, Accounting Division, Department of Iida Campus services, Yamagata University, 2―2―2 Iidanishi Yamagata-shi 990―9585 Japan, TEL 023―628―5028

## 意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成30年５月28日
国立研究開発法人国立がん研究センター
理事長　中釜　　斉
◎調達機関番号　819　◎所在地番号　13
○第９号（No.９）
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　購入等物品及び数量　高精度放射線治療システム　一式
２　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成30年６月19日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒277―8577　千葉県柏市柏の葉６－５－１　国立研究開発法人国立がん研究センター東病院　経理室長　飯吉　徹也　電話04―7133―1111　内線2371
３　仕様書案の交付
⑴　交付期間　平成30年５月28日から平成30年６月19日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be Purchased : Linear accelerator 1 set
⑶　Time-limit for the submission of comments : 5 : 15 P.M June 19, 2018
⑷　Contact point for the notice : Tetsuya Iiyoshi, Chief, Accounting room, National Cancer Center Hospital East, 6―5―1 Kashiwanoha Kashiwa-shi Chiba-ken 277―8577 Japan. TEL 04―7133―1111 ext. 2371

## 意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成30年５月28日
国立研究開発法人国立がん研究センター
理事長　中釜　　斉
◎調達機関番号　819　◎所在地番号　13
○第10号（No.10）
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　購入等物品及び数量　ＣＴシステム　一式
２　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成30年６月19日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒277―8577　千葉県柏市柏の葉６－５－１　国立研究開発法人国立がん研究センター東病院　経理室長　飯吉　徹也　電話04―7133―1111　内線2371
３　仕様書案の交付
⑴　交付期間　平成30年５月28日から平成30年６月19日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be Purchased : Comprehensive high-precision CT system for Radiology 1 set
⑶　Time-limit for the submission of comments : 5 : 15 P.M June 19, 2018
⑷　Contact point for the notice : Tetsuya Iiyoshi, Chief, Accounting room, National Cancer Center Hospital East, 6―5―1 Kashiwanoha Kashiwa-shi Chiba-ken 277―8577 Japan. TEL 04―7133―1111 ext. 2371

## 意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成30年５月28日
国立研究開発法人国立がん研究センター
理事長　中釜　　斉
◎調達機関番号　819　◎所在地番号　13
○第11号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　購入等物品及び数量　がん患者レポジトリシステム構築　一式