5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 32
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Implantable Left Ventricular Assist System (Water circulation type) 10 Sets
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system (blood pump, inflow cannula, outflow graft, controlling unit included) is designed to be used to patients who are at risk of imminent death from severe left ventricular failure with limited drug effect, who qualify for heart transplant and have no other option but heart transplant for their survival.
B　The blood pump is continuous flow centrifugal type, which constitutes of rotating impeller with lubricating liquid “Fluid Circulation System” around the hydrodynamic bearing.
C　It is intended to meet the following configurations.
a　Blood Pump
b　Inflow Cannula
c　Outflow Graft
d　Controller
e　Controller Connection Kit
f　Battery
g　Emergency Battery
h　Emergency Controller
i　AC／DC Adapter
j　Battery Charger
k　Apical Punch
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　21 September, 2018
⑹　Contact point for the notice : Takashi Yamaguchi, Procurement Section, Accounting Division, the University of Tokyo Hospital, 7—3—1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113—8655 Japan, TEL 03—5800—8617

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成30年8月6日
国立大学法人鹿児島大学
契約担当役理事　宮田　裕州
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　46
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　総合臨床検査システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成31年度７月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　既設総合病院情報システム（ＴＨＩＮＫ）および既設血液検査システム・細菌検査システム・総合画像診断支援システム・総合生理機能検査支援システム等既設検査システムと連携し、あらゆる検査データを送受信し、検査データの保存管理機能を有すること。
B　生化学・免疫血清検査、凝固線溶検査、血液ガス分析検査等を更新総合臨床検査システムにオンラインでき、迅速に分析・解析できるシステムであること。
C　必要な分析装置を搬送ラインに接続し、効率化を図った搬送システムを構築できること。
D　採血管準備システムは更新総合臨床検査システムと連動し、採尿カップ準備の自動化を図り、中央採血室業務を拡張・支援する装置を有すること。
E　端末操作履歴を記録し随時確認できること。
F　充分なセキュリティ機能を有し、院内外からの不正アクセス及びデータ改竄等の脅威に対応可能であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成30年９月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒890—8520 鹿児島市桜ケ丘８—35—１　鹿児島大学病院経理調達課調達係　木場　洋一　電話099—275—5045
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年８月６日から平成30年９月25日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成30年９月５日９時00分
⑵　開催場所　鹿児島大学病院第一会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Total Clinical Laboratory System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　To be able to send and receive various kinds of laboratory testing data and to save and manage them by connecting to the current Laboratory Testing System, including Total Hospital Information System (THINK), Hematology Test System, Microbiology Test System, Total Diagnostic Imaging Supporting System, and Total Physiologic Function Test Supporting System.
B　To be able to online Biochemistry and Immunology Test, Coagulation Test, and Blood Gas Analysis to updated Laboratory Testing System and to measure and analyze them promptly.
C　To be able to construct the Sample Transportation System connected to analytical device to work effectively.
D　To equip devices of blood tube preparation system that work directly with updated Laboratory Testing System and have automated preparation of urine collection cups, leading to expand and support the work of Central Blood Collection Room.
E　To be able to record and check the terminal operation history as required. To equip the sufficient security system to protect from various threats, such as illegal access from anywhere and falsification of data.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　25 September, 2018
⑹　Contact point for the notice : Yoichi Koba, Procurement Section, Administrative Division, Kagoshima University Hospital, 8—35—1 Sakuragaoka Kagoshima-shi 890—8520 Japan, TEL 099—275—5045
○第２号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ジェット洗浄器システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成31年度９月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　自動洗浄装置は、国際規格であるＩＳＯ15883—１及び２に適合した装置であること
B　予備洗浄・メイン洗浄・すすぎ・熱消毒・乾燥の各行程を、予め設定した条件に即し、自動実行する能力を有すること
C　幅485mm×奥行き253mm×高さ56mm規格のバスケットを、積み重ねることなく１回の運転で、洗浄ラックの各棚段に３枚以上を積載する能力を有すること
D　自動洗浄装置５台の運転履歴情報を１台のパソコンに集約して管理ができること
E　ベリメド社ウォッシャーディスインフェクターＷＤ290本体２台及び、ラック返却台（716—999—30)、リターンコンベア（38012.3—Ｋ）を除いたスペース（5,000mm）内に新規で５台以上を並列で設置ができること
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成30年９月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒890—8520 鹿児島市桜ケ丘８—35—１　鹿児島大学病院経理調達課調達係　木場　洋一　電話099—275—5045