⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成32年度４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　３Ｄ－ＣＲＴ、ＩＭＲＴ、Deformable Registrationの治療計画が１つの統合されたソフトウェアプラットフォームで行えること。
Ｂ　臓器自動輪郭抽出ではモデルベースセグメンテーションとアトラスベースセグメンテーションが行えること。
Ｃ　３Ｄ－ＣＲＴではInverse Planningによる最適化が行えること。
Ｄ　あらゆる照射技法においてロバスト最適化が行えること。
Ｅ　Deformable Registrationによる線量分布の変形や積算が行えること。
Ｆ　ＧＰＵによる超高速な計算速度で、同時に４台の端末で治療計画が行えること
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成31年５月20日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒371―8510 前橋市荒牧町４丁目２番地　群馬大学財務部経理課契約係長　伊藤　祐也　電話027―220―7066
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成31年４月１日から平成31年５月20日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成31年４月17日14時00分
⑵　開催場所　群馬大学医学部附属病院　病院中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 34
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Radiotherapy treatment planning system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The software must be able to make treatment plans for 3D-CRT, IMRT, Deformable Registration in one integrated software platform.
B　The automated organ delineation must be able to do Model-based Segmentation and Atlas-based Segmentation.
C　The software must be able to optimize for 3D-CRT with inverse planning.
D　The software must be able to do the robust optimization for all treatment techniques.
E　Deformable registration must be able to deform and accumulate doses.
F　The System must be able to make treatment plans in ultrafast computation speed on 4 clients with GPU simultaneously.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　20 May, 2019
⑹　Contact point for the notice : Yuya Ito, Procurement Section, Accounting Division, Gunma University, 4―2 Aramaki-machi Maebashi-shi 371―8510 Japan, TEL 027―220―7066

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成31年４月１日
国立大学法人愛媛大学長　大橋　裕一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　38
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　光学診療内視鏡システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成31年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①患者の状態を的確に把握し、内視鏡による診断及び治療を支援できるシステムであること。②上部・下部・十二指腸・気管支等の各器官に使用できるビデオスコープを有していること。③患者への安全性が十分確保されていること。④鮮明な画像により、精密検査や病態観察ができること。⑤効率的な内視鏡医療を支援するための画像及び患者データの記録・伝送が可能なシステムであること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成31年５月20日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒791―0295 愛媛県東温市志津川　国立大学法人愛媛大学医学部経営管理課調達第二チーム　山中　雄偉　電話089―960―5214
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成31年４月１日から平成31年５月20日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成31年４月12日16時00分
⑵　開催場所　国立大学法人愛媛大学医学部会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Endoscopy System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
① The system should support the endoscopic diagnosis and therapy by monitoring the state of patients. ② Videoscopes which are suitable to examine the upper and lower digestive system, duodenum and bronchus, etc. ③ Safety to patient should be sufficiently secured in the system. ④ It can provide the clear images, and enables the detailed examination and the patient observation. ⑤ The system should be capable of controlling the data of patients including endoscopy-related images by recording and transmitting for supporting the efficient medical treatment with endoscopy.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 15　20 May, 2019
⑹　Contact point for the notice : Yuki Yamanaka, Procurement and Contracts Ⅱ, Management and Accounting Division, National University Corporation Ehime University School of Medicine, Shitsukawa Toon-shi Ehime Pref. 791－0295 Japan, TEL 089―960―5214

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成31年４月１日
国立大学法人愛媛大学長　大橋　裕一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　38
○第２号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　総合臨床検査システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成31年度11月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①呼吸抵抗検査を行う機能を有すること。②超音波で心臓や血管などの観察を行う機能を有すること。③臨床検体を用いて、血液検査を行う機能を有すること。④臨床検体を用いて、免疫血清検査を行う機能を有すること。⑤臨床検体を用いて、臨床化学検査を行う機能を有すること。⑥検体検査の結果データを、正確に保存管理を行う機能を有すること。⑦自己血採血、ならびに採血時の患者生体モニタリングを行う機能を有すること。⑧患者検体の遠心分離、ならびに患者検体・輸血用血液製剤・造血幹細胞の冷蔵・冷凍保管を行う機能を有すること。⑨病理組織の固定包埋処理を行う機能とスライド標本の染色を行う機能を有すること。