情報システム（ＲＴＩＳ）と接続し、計画のための画像、治療計画で作成された画像及び治療パラメータの通信ができること。⑺本院既存の病院情報システム（ＨＩＳ）及び放射線治療情報システム（ＲＴＩＳ）と接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができること。⑻医療機器としての安全性が考慮されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成31年５月24日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒060―0813 札幌市北区北13条西６丁目　北海道大学病院管理課用度第一係　隅田　宇通　電話011―706―7401

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成31年４月８日から平成31年５月24日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成31年４月15日10時00分

⑵　開催場所　北海道大学病院管理課入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Radiation Therapy Planning System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement : ⑴The planning CT system must be able to acquire high precision images for radiotherapy. ⑵The planning CT system must be equipped with a highly precise flat top bed and have a large diameter gantry. ⑶The planning CT system must have a respiration synchronization function and a metal artifact reduction function. ⑷The planning system must support three-dimensional conformal radiotherapy planning with X-rays and electrons. ⑸The planning system must support radiotherapy planning of stereotactic radiation therapy (SRT), intensity-modulated radiation therapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT). ⑹The system must be able to connect with existing planning equipment, planning assisting equipment and radiotherapy information systems, and must allow communication of RTCT images, planning RTCT images and treatment parameters. ⑺The system must be able to connect with the hospital information systems and the radiotherapy information systems, and must allow communication of images and order information. ⑻The system must be safe enough for application as medical equipment.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　24 May, 2019

⑹　Contact point for the notice : SUMITA Hiromichi, supplies Ｉ Section, Financial Division, Hokkaido University Hospital, Kita 13 Nishi 6 Kita-ku Sapporo-shi 060―0813 Japan, TEL 011―706―7401

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成31年４月８日

国立大学法人北海道大学
総長職務代理　笠原　正典

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01

○第２号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　1.5Ｔ磁気共鳴断層撮像システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　平成32年度８月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

⑴全身の形態診断及び機能診断のためのＭＲＩ画像が取得できること。⑵静磁場が1.5Ｔの超伝導コイルを備えていること。⑶全身各部位に適合する各種ＲＦコイルを備えていること。⑷画像情報の保管及び配信ができること。⑸本院既存の放射線情報システム・病院情報システムと接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができること。⑹医療機器としての安全性が考慮されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成31年５月24日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒060―0813 札幌市北区北13条西６丁目　北海道大学病院管理課用度第一係　隅田　宇通　電話011―706―7401

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成31年４月８日から平成31年５月24日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成31年４月15日10時20分

⑵　開催場所　北海道大学病院管理課入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : 1.5T Magnetic Resonance Imaging system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement : ⑴The system must allow acquisition of MR images of the whole body for diagnosis by anatomical and functional means. ⑵The system must be equipped with a 1.5-Tesla superconducting magnet. ⑶The system must be equipped with various RF coils adapting to each part of the whole body. ⑷The system must be capable of archiving and distributing the image data. ⑸The system must have connections with the hospital's radiology and hospital information systems and must allow communication of images and order information. ⑹The system must be safe enough for application as medical equipment.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　24 May, 2019

⑹　Contact point for the notice : SUMITA Hiromichi, supplies Ｉ Section, Financial Division, Hokkaido University Hospital, Kita 13 Nishi 6 Kita-ku Sapporo-shi 060―0813 Japan, TEL 011―706―7401

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成31年４月８日

国立大学法人北海道大学
総長職務代理　笠原　正典

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01

○第３号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　3.0Ｔ磁気共鳴断層撮像システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　平成32年度９月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

⑴全身の形態診断及び機能診断のためのＭＲＩ画像が取得できること。⑵静磁場が3.0Ｔの超伝導コイルを備えていること。⑶全身各部位に適合する各種ＲＦコイルを備えていること。⑷画像情報の保管及び配信ができること。⑸本院既存の放射線情報システム・病院情報システムと接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができること。⑹医療機器としての安全性が考慮されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成31年５月24日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒060―0813 札幌市北区北13条西６丁目　北海道大学病院管理課用度第一係　隅田　宇通　電話011―706―7401

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成31年４月８日から平成31年５月24日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成31年４月15日10時40分

⑵　開催場所　北海道大学病院管理課入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。