資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和２年４月１日

国立大学法人京都大学長　山極　壽一

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第１号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

内視鏡システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和２年度３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　消化器内視鏡、気管支内視鏡に関連するスコープで、診断、治療等に対応する最新機能を備えていること。

Ｂ　清潔に洗浄・保管できる機器であること。

Ｃ　修理・保守・代替品の提供が可能であること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和２年５月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒606―8507 京都市左京区聖護院川原町54　京都大学医学部附属病院経理・調達課　林　寿美子　電話075―751―3024

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和２年４月１日から令和２年５月18日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和２年４月７日14時30分

⑵　開催場所　京都大学医学部附属病院会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Endoscope System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement :

Ａ　Equipments for endoscopic diagnosis and treatment of diseases in digestive system and respiratory system.

Ｂ　Suitable for sanitary washing and keeping.

Ｃ　Support endoscopic systems and prepare appropriate substitute if required.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　18 May, 2020

⑹　Contact point for the notice : Sumiko Hayashi, Contract Section, Accounting and Procurement Division, Kyoto University Hospital, 54 Kawahara-cho Shogoin Sakyo-ku Kyoto-shi 606―8507 Japan, TEL 075―751―3024

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和２年４月１日

国立大学法人京都大学長　山極　壽一

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第２号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

洗浄・滅菌システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和３年度７月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　洗浄システムは、自動洗浄装置６台～７台、カート洗浄装置１台、超音波洗浄装置２台、減圧沸騰式洗浄装置１台、チューブ洗浄装置１台、システムチューブ乾燥機２台、システム乾燥機２台、これらと同等の性能・機能を有する機器を含むこと。

Ｂ　滅菌システムは、高圧蒸気滅菌装置４台～６台、低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌装置２台、小型高圧蒸気滅菌装置２台、過酸化水素低温プラズマ滅菌装置２台、ＲＯ水製造純粋装置１式、手術器材管理システム１式、これらと同等の性能・機能を有する機器を含むこと。

Ｃ　医療機器としての安全性が保障されていること。

Ｄ　最新の性能・機能を有するシステムであること。

Ｅ　システムの配置は、手術器材の収納、運搬が効率良く行えるものであること。

Ｆ　システムには、保守、高圧蒸気滅菌装置の法定点検、バリデーションを含むこと。

Ｇ　可能であれば、システムの機器管理業務を提案すること。

Ｈ　借入期間終了後、システムの所有権が京都大学医学部附属病院に移転されること。

Ｉ　滅菌システムはリノベーション第２工事終了後、洗浄システムは第３工事終了後の設置に対応できること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和２年５月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒606―8507 京都市左京区聖護院川原町54　京都大学医学部附属病院経理・調達課　林　寿美子　電話075―751―3024

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和２年４月１日から令和２年５月18日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和２年４月７日15時00分

⑵　開催場所　京都大学医学部附属病院会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Irrigation and Sterilizer System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement :

Ａ　The irrigation system include six―seven devices, cart irrigation device one, two Ultrasonic washer, extinction pressure boiling expression irrigation device one, tube irrigation device one, system tube dryer two, system dryer two, instrument with performance, the function that is equivalent to these to automatically wash.

Ｂ　The sterile system include four―six high pressure steam sterilization devices, low temperature steam formaldehyde sterilization equipment two, small high pressure steam sterilization device two, hydrogen peroxide low temperature plasma sterilization equipment two, RO water production purity device one set, surgery device management system one set, instrument with performance, the function that is equivalent to these.

Ｃ　Safety as the medical equipment is guaranteed.

Ｄ　It is a system with the latest performance.

Ｅ　The system must have efficient transferring and storage functions of sterilized object.

Ｆ　Include maintenance, the legal check of the high pressure steam sterilization device and validation in a system.

Ｇ　When possible, suggest the instrument administrative work of the system.

Ｈ　The proprietary rights of the system being transferred to the hospital attached to the Kyoto University faculty of medicine after a borrowed money period.

Ｉ　The irrigation system being able to support setting after the third construction after renovation second construction as for the sterilizer system.