資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和２年４月６日

国立大学法人滋賀医科大学長　塩田　浩平

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　25

○第２号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

高度循環器疾患診療システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期

令和２年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　医療機器としての安全性が保証されていること。

②　最新の性能を有するシステムであること。

③　システム内には大動脈バルーンポンプ３台、経皮的心肺補助システム２台、人工心肺装置１台、体外循環用血液パラメータモニターシステム１台を含んでいること。

A　大動脈バルーンポンプ

a　院内利用から搬送用モードへのスムーズな移行が可能なこと。

B　経皮的心肺補助システム

a　メインポンプは遠心型であること。

b　停電時や搬送時に際し、バッテリー駆動が可能であること。

c　日本体外循環技術医学会が提唱する補助循環の安全管理基準を遵守した機能を有すること。

C　人工心肺装置

a　心臓大血管手術時において、体外循環を確立できること。

b　停電時に際し、バッテリー駆動が可能であること。

c　日本体外循環技術医学会が提唱する人工心肺における安全装置設置基準を遵守した機能を有すること。

D　体外循環用血液パラメータモニターシステム

a　心臓大血管手術に伴う体外循環時に、患者から脱血した血液および人工心肺装置から送られる血液の血中ガスの状況を連続でリアルタイムにモニタリング及び記録する機能を有すること。

④　本院既存の機器等との連携が可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和２年５月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒520―2192 滋賀医科大学会計課病院経営企画室病院調達係　松浦　美和　電話077―548―2039

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和２年４月６日から令和２年５月25日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和２年４月14日10時00分

⑵　開催場所　滋賀医科大学医学部附属病院第二会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Advanced cardiovascular system of therapy 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　Safety as the medical equipment is guaranteed.

②　It is a system with the latest performance.

③　This System includes Aortic balloon pump 3unit, Percutaneous circulatory assist system 2unit, Artificial Heart-Lung Machine 1unit and Blood analysis device used for extracorporeal circulation 1unit.

A　Aortic balloon pump

a　Can be switch use in hospital to conveyance mode smoothly.

B　Percutaneous circulatory assist system

a　Its main pump is centrifugal type.

b　Can be battery operated during a power failure or during conveyance.

c　Has functions that comply with safe management standards for circulatory assist that are advocated by the Japanese Society of Extra-Corporeal Technology in Medicine.

C　Artificial Heart-Lung Machine

a　Can establish extracorporeal circulation during cardiovascular surgery.

b　Can be battery operated during a power failure.

c　Has functions that comply with safe equipment installation standards for artificial heart-lungs that are a dvocated by the Japanese Society of Extra-Corporeal Technology in Medicine.

D　Blood analysis device used for extracorporeal circulation

a　Has functions that perform continuous real-time monitoring and recording of the state of blood gas in blood that is removed from the patient and blood that is fed from the artificial heart-lung machine during extra　corporeal circulation accompanying cardiovascular surgery.

④　It is possible to connect to SUMS hospital information network and the security is preserved.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　25 May, 2020

⑹　Contact point for the notice : Miwa Matsuura, Procurement Section, Accounting Division, Shiga University of Medical Science, Setatsukinowa-cho Otsu-shi 520―2192 Japan, TEL 077―548―2039

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和２年４月６日

国立大学法人大阪大学総長　西尾章治郎

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　27

○第１号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　14

⑵　導入計画物品及び数量　病院情報管理システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和３年度１月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　要求システムは、本学附属病院の業務を総合的に支援し、業務を効率化し、円滑な病院運営に寄与するものであること。

B　簡単な操作で思い通りに記録できる機能を備えていること。また、短時間で習得できる分かりやすい操作性を備え、レスポンスが速く、切れ目なく操作ができること。

C　登録データを共有し、重複するデータ入力を要求しない効率的なシステムであること。

D　全ての診療情報、医用画像情報をデジタルデータとして管理し、端末から閲覧できる機能を備えること。

E　患者情報が一覧でき、見たい情報を直ぐに探し出し閲覧できる機能を備えていること。

F　意志決定が支援され、禁忌情報等の見逃しを防ぎ、適切な指示を誘導する機能を備えること。また、間違いなく指示通りの医療行為が実施されるよう補助する機能を備え、医療安全に寄与するものであること。

G　データ交換を必要とする既存のシステム及び医療機器と接続し、必要なデータの受け渡しができること。

H　セキュリティーを確保した上で、簡単な操作で登録データを分析・集計できる機能を備え、臨床評価、臨床研究に寄与するものであること。