3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和２年５月18日から令和２年７月３日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和２年５月27日14時00分
⑵　開催場所　弘前大学医学部附属病院小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : ICU patient management system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Must have a server.
B　Must have a client terminal.
C　Must have a printer.
D　Must have software.
E　Must be equipped with peripheral devices for the safe management of critically ill patients.
F　Connect to the hospital information system.
G　Have an appropriate maintenance system and prompt user support system for maintenance of equipment.
H　Carrying in, installation, wiring, connection, software installation, adjustment and removal, etc.
I　To remove or move existing equipment and peripherals.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　3 July, 2020
⑹　Contact point for the notice : Yu Narita, Accounting Procurement Division, Hirosaki University Hospital, 53 Hon-cho Hirosaki-shi Aomori Japan 036―8563 Japan, TEL 0172―39―5197

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和２年５月18日
国立大学法人金沢大学長　山崎　光悦
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　17
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　生体情報モニター一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和２年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　ベッドサイドモニタ　基本構成
a　ベッドサイドモニタのディスプレイは19型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること。
b　感染防止のためベッドサイドモニタ本体は冷却用のファンを内蔵していないこと。
c　ベッドサイドモニタの心電図・呼吸、SpO２、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つのモジュールとして統合されていること。
d　ベッドサイドモニタは画面レイアウト、パラメータ設定、モニタ設定３つのカテゴリをあらかじめ組み合わせて設定し、例えば症例ごとに管理・変更可能な、プロファイル機能を有すること。またプロファイルは20以上初期設定が出来る機能を有すること。
e　ベッドサイドモニタは、患者タイプ(成人、小児、新生児)に合わせて、パラメータの処理方法や計算方法、および患者に適応される安全範囲やアラーム設定値を決定できる機能を有すること。
f　ベッドサイドモニタは、患者登録画面にて、患者名以外に、患者タイプの選択、ペースメーカーの有無、性別、生年月日、身長、体重を登録できること。また情報が入力された場合、生年月日より年齢を、身長／体重よりＢＳＡを自動計算する機能を有すること。
B　画面表示に関して
a　画面は、12波形以上を同時に表示する機能を有すること。
b　画面表示は、数字を拡大し、遠くからも認識できること。
C　測定に関して
a　モニタ本体で５電極ケーブルにより12誘導心電図を連続モニタリングする機能を有すること。
b　心拍数のアラーム設定については、通常の上下限値に対して高度除脈、高度頻脈のアラーム設定が可能な機能を有すること。また高度除脈、高度頻脈は心拍アラーム下限値／上限値との差として設定出来ることに加えて、固定値としても設定可能な機能を有すること。
c　心電図測定は、25種類以上の不整脈解析機能を有すること。その際に、心房細動（af)の検出を行うこと。
d　SpO２アラーム設定は、下限値を下回る任意の値をディサチュレーションアラームとして別途設定可能であること。
e　非観血血圧測定の際に、シーケンスモードを有し、フェーズごとに計測回数と間隔を設定して、最大４回以上測定フェーズを続けて実行できること。
f　血圧は同時に３ｃｈ以上の測定が可能なこと。
g　瞬時動脈圧値より、脈圧変動（ＰＰＶ）パラメータの表示が可能であること
h　体温は、同時に２ch以上で測定が可能なこと。
D　外部医療機器との接続に関して
a　モジュールまたはインタフェースボードにより、外部機器から取り入れたデータ（波形、測定値、設定、アラーム）をモニタ画面上に表示し、かつトレンド情報としても利用できること。
b　外部機器からのアラーム情報をセントラルモニタへ表示する機能を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和２年７月３日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒920―8641　金沢市宝町13―１　金沢大学病院部経営管理課調達管理係長　中村　安彦　電話076―265―2067
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和２年５月18日から令和２年７月３日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Biological Information Monitors 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Bedside monitor basic configuration
a　The bedside monitor display is a 19-inch or larger color-wide-type LCD.
b　To prevent infection, the bedside monitor itself does not have a cooling fan built in.
c　ECG, respiration, SpO2, and non-invasive blood pressure of the bedside monitor should be integrated as a single module in consideration of transport.
d　The bedside monitor can be set up by combining the three categories of screen layout, parameter settings, and monitor settings in advance, and for example, it should have a profile function that can be managed and changed on a case-by-case basis. In addition, the profile must have a function that allows at least 20 initial settings.
e　The bedside monitor has the ability to determine how parameters are processed and calculated and the safety range and alarm set values that are adapted to the patient, depending on the patient type (adult, pediatric, neonatal).