招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和３年１月７日

防衛省航空幕僚長　井筒　俊司

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

全身用Ｘ線ＣＴ装置一式及び保守業務委託

⑶　調達方法　借入等

⑷　導入期限　令和３年度４・四半期

⑸　納入場所　防衛省航空自衛隊入間基地

⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　64列以上のＣＴ装置１式で構成されていること。

②　被ばく低減機能が装備されていること。

③　心臓を高速で撮影できること。

④　電源容量は、３相３線200Ｖ100kVA以下であること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和３年２月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒162―8804 東京都新宿区市谷本村町５番１号　防衛省航空自衛隊航空幕僚監部首席衛生官付　稲垣　宗悟　電話03―5362―4806

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和３年１月８日から令和３年２月22日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the product to be purchased : Whole body X-ray CT device and system maintenance

⑶　Type of the procurement : lease

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　This product must consist of a set of CT devices with at least 64 rows.

②　It is necessary to be equipped with the function of exposure reduction.

③　This product need the capacity to take high-speed films of heart.

④　The power capacity must be less than or equal to 200V 100kVA, 3-phase 3-wire.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M February 22 2021.

⑹　Contact point for the notice : Sogo Inagaki Japan Air Self-Defense Force Ministry of Defense 5―1 Ichigaya-Honmura-cho Shinjuku-ku Tokyo-to Japan. TEL 03―5362―4806

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

超電導磁石式全身用ＭＲ装置一式及び保守業務委託

⑶　調達方法　借入等

⑷　導入期限　令和３年度４・四半期

⑸　納入場所　防衛省航空自衛隊入間基地

⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　人体全身用核磁気共鳴画像撮影装置であること。

②　静磁場強度は、1.5Ｔであること。

③　傾斜磁場強度は、34mＴ／ｍ以上とし、スルーレートは155mＴ／ｍ／mS以上であること。

④　圧縮センシング機能を有すること。

⑤　電源容量は３相３線400Ｖ55kVA、３相３線200Ｖ20kVA、単相２線100Ｖ５kVA以下であること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和３年２月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒162―8804 東京都新宿区市谷本村町５番１号　防衛省航空自衛隊航空幕僚監部首席衛生官付　稲垣　宗悟　電話03―5362―4806

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和３年１月８日から令和３年２月22日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Superconducting magnet type MR device for whole body and system maintenance

⑶　Type of the procurement : lease

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　It is for human whole-body.

②　The intensity of static magnetic field is 1. 5T.

③　The intensity of maximum gradient magnetic field is over 34mT／m and the maximum slew rate of gradient magnetic field is over 155mT／m／ms.

④　It has the function of compressed sensing.

⑤　The power capacity must be less than or equal to 400V 55kVA, 3-phase 3-wire, 200V20kVA, 3-phase 3-wire, 100V5kVA, 1-phase 2-wire.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M February 22 2021.

⑹　Contact point for the notice : Sogo Inagaki Japan Air Self-Defense Force Ministry of Defense 5―1 Ichigaya-Honmura-cho Shinjuku-ku Tokyo-to Japan. TEL 03―5362―4806

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

据置型デジタル式循環器用Ｘ線透視診断装置一式及び保守業務委託

⑶　調達方法　借入等

⑷　導入期限　令和３年度４・四半期

⑸　納入場所　防衛省航空自衛隊入間基地

⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　システムは血管Ｘ線撮影装置と据え置き型手術台で構成されていること。

②　血管Ｘ線撮影装置はシングルプレーンであること。

③　手術台は血管Ｘ線撮影装置と連動可能であること。また、フラットテーブルトップでカーボンファイバー製であること。

④　Ｘ線検出器は、フラットパネルディテクターを搭載しており、高画質を得ることが可能であること。

⑤　手術室、操作室に表示モニターを搭載すること。

⑥　被ばく低減機能が整備されていること。

⑦　電源容量は、３相３線400Ｖ100kVA、単相２線100Ｖ５kVA以下であること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和３年２月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒162―8804 東京都新宿区市谷本村町５番１号　防衛省航空自衛隊航空幕僚監部首席衛生官付　稲垣　宗悟　電話03―5362―4806

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和３年１月８日から令和３年２月22日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。