4　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Cardiac Angiography System 1 Set
⑶　Type of the Procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the Procurement :
①　Equipped with a complete endoscopic surgery system, all standard attachments and all optional attachments.
②　Performance of the system :
(A)　Being a native 4K camera.
(B)　Must be equipped with 3 types of 4K fluorescence imaging functions.
(C)　Must be equipped with an automatic dimming function that keeps the brightness constant and automatically adjusts the light intensity of the light source.
③　Others
(A)　The pneumoperitoneum device must be equipped with 6 air supply modes.
(B)　Expected to improve the environment by removing surgical smoke.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　5, March, 2021
⑹　Contact point for the notice : Tatsunori Uno, General Affairs and Planning, Administrative Department, National Defense Medical College Hospital, 3―2 Namiki Tokorozawashi Saitama 359―8513 Japan TEL 04―2995―1511 (ext. 3017)

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和３年２月３日
防衛省防衛医科大学校病院
事務部長　青柳　　博

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　11
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
核医学診断用検出器回転型ＳＰＥＣＴ装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和３年度第３・四半期以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　システムの構成　核医学診断用検出器回転型ＳＰＥＣＴ装置　一式
全標準付属品及び全オプション付属品を備えること。
②　システムの性能
(A)　核医学検査に特化した高感度デジタル検出器を２個有すること。
(B)　便利な撮像支援ツールと画像解析ソフトウェアを有すること。
(C)　既設の放射線画像システム、病院情報システム及び放射線部門情報システムに接続できること。
③　その他
(A)　操作性及び安全性に優れていること。
(B)　将来の機能拡張に対応できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提出期限　令和３年３月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒359―8513 埼玉県所沢市並木３－２　防衛省防衛医科大学校病院事務部運営企画課運営管理係　宇野　辰徳　電話04―2995―1511（内線3017）
3　その他　本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
4　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Cardiac Angiography System 1 Set
⑶　Type of the Procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the Procurement :
①　It should have a Single-photon Emission Computed Tomography System, all standard attachments and all optional attachments.
②　Performance of the system :
(A)　It should be Single-photon Emission Computed Tomography System specialized in a nuclear medicine examination with two sensitive detectors.
(B)　It should have convenient imaging support tools and image analysis software.
(C)　It should be connected with the existing PACS, HIS and RIS.
③　Others
(A)　It should be highly safe and easy to be operated.
(B)　It should be able to be upgraded in the future.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　1, March, 2021
⑹　Contact point for the notice : Tatsunori Uno, General Affairs and Planning, Administrative Department, National Defense Medical College Hospital, 3―2 Namiki Tokorozawashi Saitama 359―8513 Japan TEL 04―2995―1511 (ext. 3017)

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和３年２月３日
契約担当役
独立行政法人国立高等専門学校機構
大島商船高等専門学校事務部長　阿部　祐一
◎調達機関番号　593　◎所在地番号　35
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　20
⑵　導入計画物品及び数量　練習船　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和３年度４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　船体は総トン数370トン程度とし、船質は鋼製、全通二層甲板船とする。
B　航海速力は約12.5ノット、航続距離は2000海里程度とし、最大搭載人員は60名であること。
C　推進装置は、十分な安全性・操縦性のための推進機構を有し、発電機関は主発電機関にて航海・停泊を問わず十分な容量であること。これらには適切な防音・防振対策及び温室効果ガスの排出削減（２次規制）を考慮した対策を施すこと。
D　運航時における高速から微速航行時の船速まで速力制御が容易にでき、またＤＰシステムを備え、漂泊・微速航行時において、観測・実習及び調査作業が円滑に行えるように十分配慮すること。
E　良好な復原性及び凌波性を有し、安全航行ができること。
F　長期の航海に耐えられるよう快適かつ衛生的な設備を有し、居住区は防音・防振・防滴・防熱及び換気について十分考慮すること。
G　電子機器、音響調査機器の精度向上を確保するための適切な防音・防振対策が施されていること。
H　法定上の消火設備及び救命設備を備えていること。
I　法定上の航海設備の他、オートパイロット・ＧＰＳ航法装置・電子海図情報表示装置等の各種航行援助装置を装備していること。
J　ＧＭＤＳＳ関連設備等、法定上の無線設備の他、最新の船陸間および船内間の情報通信装置を装備していること。
K　計測機器を配置でき、各種解析・分析等ができる研究室及び海水が使用できる研究室を有し、観測機材等の格納ができること。
L　ＣＴＤ等、教育・調査研究などを行うための観測機器類及び観測ウィンチなどの観測研究設備を装備していること。