⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込み型補助人工心臓セット（血液ポンプ、送血用人工血管、患者周辺機器等を含む。）であること。
Ｂ　磁気および流体力学的な力によりインペラを浮上させる特性を持つ連続流型遠心ポンプであること。
Ｃ　以下の構成を満たすものであること。
ａ　ポンプキット
ｂ　送血用人工血管
ｃ　サージカルツール
ｄ　ドライブライン延長ケーブル
ｅ　コントローラキット
ｆ　コントローラ
ｇ　コントローラＤＣアダプタ
ｈ　アラームアダプタ
ｉ　充電器キット
ｊ　バッテリー
ｋ　シャワーバッグ
ｌ　ショルダーパック

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和３年10月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒113―8655　東京都文京区本郷７－３－１　東京大学医学部附属病院事務部管理課経理チーム　木村　直之　電話03―5800―8617

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和３年９月６日から令和３年10月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Implantable Left Ventricular Assist System (Magnetic levitation type) 5 Sets
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
Ａ　The system (blood pump, outflow graft, peripherals) is designed to be used to patients who are at risk of imminent death from severe left ventricular failure with limited drug effect, who qualify for heart transplant and have no other option but heart transplant for their survival.
Ｂ　The pump is a continuous flow centrifugal pump that has the property of floating the impeller by magnetic and hydrodynamic pressure.
Ｃ　It is intended to meet the following configurations.
ａ　Pump Kit
ｂ　Outflow Graft
ｃ　Surgical Tool
ｄ　Driveline Extension Cable
ｅ　Controller Kit
ｆ　Controller
ｇ　Controller DC Adapter
ｈ　Alarm Adapter
ｉ　Charger
ｊ　Battery
ｋ　Shower Bag
ｌ　Shoulder Pack
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　22 October, 2021
⑹　Contact point for the notice :
KIMURA Naoyuki, Procurement Section, Accounting Division, The University of Tokyo Hospital, 7―3―1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113―8655 Japan, TEL 03―5800―8617

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和３年９月６日
国立大学法人東京大学総長　藤井　輝夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第７号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　植込み型補助人工心臓システム（軸流型）　五式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和４年度４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　ポンプ本体の重量、容積が小さく、体表面積が小さな体格の患者にも植込み可能なものであること。
Ｂ　ポンプ本体を心腔内に留置するものであること。
Ｃ　以下の構成を満たすものであること。
ａ　ポンプ本体
ｂ　ソーイングカフ
ｃ　体外ケーブル
ｄ　アウトフロー人工血管
ｅ　キンク防止カバー
ｆ　コアリングナイフ
ｇ　コントローラー
ｈ　携帯型バッテリー
ｉ　携帯型バッテリー充電器
ｊ　バッテリーケーブル
ｋ　体外ケーブル
ｌ　Ｙケーブル
ｍ　電源コード
ｎ　アラーム電池

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和３年10月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒113―8655　東京都文京区本郷７－３－１　東京大学医学部附属病院事務部管理課経理チーム　木村　直之　電話03―5800―8617

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和３年９月６日から令和３年10月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Implantable Left Ventricular Assist System (Axial flow pump type) 5 Sets
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
Ａ　The pump body weighs light and the displacement volume is small. The pump should be implantable in a small body size patient.
Ｂ　The pump body is intended to be inserted into the ventricle.
Ｃ　It is intended to meet the following configurations.
ａ　Pump body (Axial flow pump type)
ｂ　Sewing cuff
ｃ　External cable
ｄ　Outflow graft
ｅ　Cover for protection of outflow graft
ｆ　Coring knife
ｇ　External Controller
ｈ　Portable battery
ｉ　Portable battery charger
ｊ　Battery cable
ｋ　Vitro cable
ｌ　Y-cable
ｍ　Power cord
ｎ　Alarm battery
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　22 October, 2021
⑹　Contact point for the notice :
KIMURA Naoyuki, Procurement Section, Accounting Division, The University of Tokyo Hospital, 7―3―1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113―8655 Japan, TEL 03―5800―8617

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和３年９月６日
国立大学法人東京大学総長　藤井　輝夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第８号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　植込み型補助人工心臓システム（水循環型）　五式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和４年度４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込み型補助人工心臓セット（血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コントロールユニット等を含む。）であること。