一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの	変成器試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの	
	変成器負担装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの	
	試験電源装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二及びＣ一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生できるもの	
	ひずみ波形発生装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響及び高次高調波の影響の試験ができるもの	

	変成器試験装置	〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの	
	変成器負担装置	力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの	
	試験電源装置	定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの	
	ひずみ波形発生装置	第三調波を含むひずみ波を発生できるもの	