					電力量計
パルス計数装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する計器定数の試験及び複合電気計器の表示機構の試験ができるもの	電の影響の試験ができるもの			
出力機構試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する出力機構の試験ができるもの				
計量特性保護試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する計量特性の保護の試験ができるもの				
二級基準電力量計 基準電圧計 基準電流計					
時間計	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する始動、潜動及び時間（時計及びタイムスタンプ）の試験ができるもの				
電力量計誤差測定装置	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する誤差を〇・〇一パーセント以内の精度で測定ができるもの				
					百二十九名

					電力量計
［新設］	［新設］	を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の一周期にあたる時間で一回開閉できるもの			
［新設］	［新設］				
［新設］	［新設］				
二級基準電力量計 基準電圧計 基準電流計					
時間計	〇・一秒を測定できるもの				
電力量計誤差測定装置	定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の二・五				
					百二十九名