	温湿度試験装置	一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの
		日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの
	標準計器用変成器	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格Ｃ一七三一―一及びＣ一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
	変成器試験装置	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比

	温度試験装置	温度零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの
	標準計器用変成器	日本産業規格Ｃ一七三一―一及びＣ一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
	変成器試験装置	〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの