	電力量計誤差測定装置		
計及びタイムスタンプ）の試験ができるもの	日本産業規格Ｃ一二六三―二及びＣ一二七三―二に規定する誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定ができるもの	［削る］	注水試験装置
			耐光試験装置
計及びタイムスタンプ）の試験ができるもの	日本産業規格Ｃ一二六三―二及びＣ一二七三―二に規定する誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定ができるもの	［削る］	注水試験装置
			耐光試験装置

	電力量計誤差測定装置		
計及びタイムスタンプ）の試験ができるもの	定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率〇・八六六及び零の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定できるもの	［新設］	耐候性能試験装置
計及びタイムスタンプ）の試験ができるもの	定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率〇・八六六及び零の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定できるもの	日本産業規格Ｃ一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの	［新設］