	変成器試験装置	変成器負担装置	試験電源装置	静電気放電試験装置
角の測定を行うため、日本産業規格Ｃ一七三一―一及びＣ一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの	日本産業規格Ｃ一二六三―二及びＣ一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの	日本産業規格Ｃ一二六三―二及びＣ一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの	日本産業規格Ｃ一二六三―二、Ｃ一二七三―二及びＣ一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの	日本産業規格Ｃ一二七三―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの

	変成器試験装置	変成器負担装置	試験電源装置	静電気放電試験装置
	〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの	力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの	定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの	八千ボルトの静電気を接触放電できるもの