C　The system should include radiotherapy planning that must be integrated with existing systems.

D　The CT system should have more than 32 rows of multiple detectors, the capability to take high quality images with low radiation exposure and metal artifact reduction software. Also the system must be able to connect to treatment-related systems.

E　The system should have peripheral devices and accessories, including verification phantoms, dosimeters and analyzing systems, necessary to perform quality assurance protocols.

F　For existing network infrastructure in radiation therapy department, it must be rebuilt.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　18 May, 2022

⑹　Contact point for the notice : Shintaro HASHIZUME, Procurement Section, Gunma University, 3―39―22 Showa-machi Maebashi-shi 371―8511 Japan, TEL 027―220―7787

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年４月１日

国立大学法人新潟大学長　牛木　辰男

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　15

○第１号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　Ｘ線デジタル画像診断治療システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和４年度３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　床置型正面Ｃアーム支持装置及び天井懸垂型側面Ｃアーム支持装置を組み合わせ、それぞれに平面検出器装置及びＸ線管装置を搭載したバイプレーン型血管撮影装置であること。

Ｂ　高度な治療及び検査を行うため、３Ｄ撮影機能（左右方向の回転に加えて頭尾方向の回転軸を持った撮影方法）を搭載すること。

Ｃ　脳卒中患者の治療成績を向上させるため、Perfusion解析を行うソフトウェアで使用可能な元データを取得する撮影方法を搭載し、血管撮影室内においてPerfusion解析の完結が可能であること。

Ｄ　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）及び画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）と接続すること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和４年５月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒951―8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係　伊佐早貴子　電話025―227―0970

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和４年４月１日から令和４年５月17日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和４年４月６日11時00分

⑵　開催場所　新潟大学医歯学総合病院西診療棟３階　第３会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : X-ray imaging systems for diagnostic angiography and interventional radiology 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Biplane angiography system should include a combination of floor-standing frontal C-arm stand and a ceiling-suspended lateral C-arm support gantry system, and it must be equipped with a plane flat panel detector and a X-ray tube on both sides.

B　The angiography system has 3D imaging functions with a rotation axis in the cranio-caudal direction as well as in the left-right direction to enable advanced treatments and examinations.

C　To improve the outcome of acute ischemic stroke patients, the angiography system has an imaging method to obtain the original data that can be used by the perfusion-analysis software, and the perfusion analysis is required to be completed inside the examination room.

D　The angiography system needs to be connected to our institution's pre-existing HIS, RIS, and PACS systems.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　17 May, 2022

⑹　Contact point for the notice : Takako Isahaya, Procurement Section, Niigata University Medical and Dental Hospital, 754 Asahimachidori 1-bancho Chuo-ku Niigata-shi 951―8520 Japan, TEL 025―227―0970

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年４月１日

国立大学法人浜松医科大学

理事　河本　雅弘

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　22

○第１号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　放射線画像診断・治療システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和４年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　診断用磁気共鳴断層撮影システム　一式

ａ　均一性に優れた静磁場強度3.0Ｔ以上の超伝導型マグネットを有すること。

ｂ　高速撮像が可能なグラディエントシステムを有すること。

ｃ　独立した複数のＲＦ送受信システムを有し、不均一を防止する機能を有すること。

ｄ　多チャンネルフェーズドアレイコイルシステムを有すること。

ｅ　全身のＭＲＩ／ＭＲＡ撮像の他、先進的アプリケーションおよび周辺機器を有すること。

ｆ　既存の放射線情報システム（ＲＩＳ）、および読影システム及び画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）、３Ｄ画像処理システムと接続可能であること。

ｇ　システムを設置するための工事を含むこと。

Ｂ　血管造影システム　一式

ａ　２方向透視撮影はＤＲ方式であり、血管造影検査及び血管内治療を高精細なデジタル透視及びデジタル画像で行えること。

ｂ　脳血管検査・治療を円滑・迅速に行うために、高性能の支持アーム、検査テーブル及びその他Ｘ線発生系機器の構成を有すること。術者及び患者の被ばく低減システムを有すること。

ｃ　血管内治療を高いレベルで行うための正確な血管計測ソフト、解析処理技術及び各種画像処理技術を有すること。

ｄ　装置並びに周辺機器の画像配信に際し、業務に有用な環境を有すること。

ｅ　医療安全並びに業務の効率的運用に即した環境を整備できること。

ｆ　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、読影システム及び画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）と接続可能であること。

ｇ　システムを設置するための工事を含むこと。