○第６号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

放射線画像診断システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和５年度10月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　均一性に優れた静磁場強度1.5Ｔ以上の超伝導型マグネットを有したＭＲＩ装置であること。

B　既存の病院情報管理システム（日本アイ・ビー・エム(株)製)、放射線情報システム、読影レポートシステム、既存の装置と接続できる医用画像管理システムであること。

C　放射線治療を行うに当たり、治療計画が可能な放射線治療計画用ＣＴ装置であること。

D　円滑な検査遂行に必要な周辺機器及びソフトウエアを有すること。

E　放射線情報システム、既存の病院情報管理システム（日本アイ・ビー・エム(株)製)、放射線治療情報システム、既存の装置と接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和５年３月31日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒514―8507 三重県津市栗真町屋町1577　三重大学財務部契約チーム　田中　有美　電話059―231―5320

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和５年２月13日から令和５年３月31日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和５年２月20日14時30分

⑵　開催場所　オンライン開催

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Radiographic diagnostic imaging system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The MRI system must have a superconducting magnet with a static magnetic field strength of 1.5T or more with excellent uniformity.

B　The medical image management system connects with the existing hospital information management system (manufactured by IBM Japan), radiology information system, interpretation report system, and existing equipment.

C　It must be a radiotherapy planning CT system that can plan treatment when performing radiotherapy.

D　Must have peripheral equipment and software necessary for smooth inspection.

E　It must be possible to connect with radiology information systems, existing hospital information management systems (manufactured by IBM Japan), radiotherapy information system, and existing equipment, and to communicate image information and order information.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　31 March, 2023

⑹　Contact point for the notice : Yumi Tanaka, Contract Team, Finance Department, Mie University, 1577 Kurimamatiya-cho Tsu-shi 514―8507 Japan, TEL 059―231―5320

○第７号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

手術支援システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和５年度10月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　無影灯およびシーリングアームシステムを有すること。

B　シーリングアームシステムとして、無影灯の他に既存のカメラ、モニターが取り付け可能なアームを有すること。

C　医療ガスアウトレット、医療用電源コンセントの付いたシーリングアームを有すること。

D　モバイルタイプの無影灯を有すること。

E　当院で行われている各診療科の手術に対応可能な手術用顕微鏡を有すること。

F　特殊光観察機能や３Ｄ画像、４Ｋ解像度に対応した手術用内視鏡装置を有すること。

G　消化器疾患の検査、治療および診断が可能な多種多様なビデオスコープを含む、内視鏡診断システムを有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和５年３月31日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒514―8507 三重県津市栗真町屋町1577　三重大学財務部契約チーム　田中　有美　電話059―231―5320

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和５年２月13日から令和５年３月31日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和５年２月20日15時00分

⑵　開催場所　オンライン開催

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : A set of surgical support equipment for the operating room 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Including operating lights and ceiling arms in the system.

B　In addition to the operating light, the ceiling arm must have an arm that can be attached to our hospital's camera and monitor.

C　Must have ceiling arms with medical gas outlets and medical power outlets.

D　Include a mobile operating light in the system.

E　Must have a surgical microscope that can be used for operations performed in each clinical department at our hospital.

F　Inclusion of surgical endoscopic equipment in the system that supports observation using ICG, 3D images, and 4K resolution.

G　Include endoscopic diagnostic systems with a wide variety of videoscopes capable of examining, treating and diagnosing gastrointestinal diseases.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　31 March, 2023

⑹　Contact point for the notice : Yumi Tanaka, Contract Team, Finance Department, Mie University, 1577 Kurimamachiya-cho Tsu-shi 514―8507 Japan, TEL 059―231―5320

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和５年２月13日

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長　山内　正則

◎調達機関番号　416　◎所在地番号　08

○第２号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　14

⑵　導入計画物品及び数量

ＫＥＫ中央計算機システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和６年度９月以降