B　手術操作コックピットでの視野は高解像かつ３次元の視野であること。
C　手術操作コックピットのフットペダルでモノポーラー・バイポーラーエネルギーデバイスが使用できること。
D　手術操作コックピットには手振れ防止機能とモーションスケール変更機能があること。
E　故障時には速やかに対応できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和５年８月７日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒890―8520 鹿児島市桜ケ丘８―35―１　鹿児島大学病院経理調達課調達係　吉元　泰志　電話099―275―5045
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和５年６月21日から令和５年８月７日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和５年７月10日13時30分
⑵　開催場所　鹿児島大学病院管理棟４階第一会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Robot-assisted surgical system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Robot-assisted surgical system must have a surgical operating cockpit, a surgical robot arms unit and a 3D imaging system.
B　Surgeon vision at surgical operating cockpit must be high resolution and 3 dimensional.
C　Surgeon can use both monopolar cautery and bipolar cautery by foot pedal switch at surgical operating cockpit.
D　Surgical operating cockpit must have functions of anti-hand tremor and variable motion scale.
E　In the case of system trouble, emergent response must be required.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　7 August, 2023
⑹　Contact point for the notice : YOSHIMOTO Taishi, Procurement Section, Administrative Division, Kagoshima University Hospital, 8―35―1 Sakuragaoka Kagoshima-shi 890―8520 Japan, TEL099―275―5045

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和５年６月21日
防衛省防衛医科大学校病院
事務部長　熊井　邦善
◎調達機関番号　010　◎所在地番号　11
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
①　磁気共鳴断層撮影装置　一式
②　血液凝固尿一般検査分析システム　一式
③　手術用ロボット手術ユニット　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　令和５年７月24日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒359―8513 埼玉県所沢市並木３－２　防衛省防衛医科大学校病院事務部運営企画課運営管理係　村田　圭　電話04―2995―1511（内線3017）
3　仕様書案の交付
⑴　交付期間　令和５年６月21日から令和５年７月24日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :
①　Magnetic Resonance Imaging System 1 Set
②　Complete blood coagulation urine general test analysis system 1 Set
③　surgical robotic surgery unit 1 Set
⑶　Time limit for the submission of comments : 17 : 00　24, Jul, 2023
⑷　Contact point for the notice : Kei Murata, General Affairs and Planning, Administrative Department, National Defense Medical College Hospital, 3―2 Namiki Tokorozawashi Saitama 359―8513 Japan TEL 04―2995―1511 (ext. 3017)

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和５年６月21日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第５号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、32
⑵　購入等物品及び数量　超音波診断装置システム　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　令和５年７月24日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　大友　將充　電話022―217―4869
3　仕様書案の交付
⑴　交付期間　令和５年６月21日から令和５年７月24日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　仕様書案の説明会
⑴　開催日時　令和５年７月３日15時30分
⑵　開催場所　オンライン開催とする。（詳細は、仕様書案による。）
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 32
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Diagnostic Ultrasound System 1 Set
⑶　Time limit for the submission of comments : 17 : 00　24 July, 2023
⑷　Contact point for the notice : Otomo Masamitsu, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和５年６月21日
国立大学法人東京大学総長　藤井　輝夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13
○第９号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　購入等物品及び数量　多機能電界放出型透過電子顕微鏡　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　令和５年７月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒113―8656 東京都文京区本郷７－３－１　東京大学工学系・情報理工学系財務課調達チーム　細川　次郎　電話03―5841―7787
3　仕様書案の交付
⑴　交付期間　令和５年６月21日から令和５年７月12日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Multifunctional Field Emission Transmission Electron Microscope 1 Set
⑶　Time limit for the submission of comments : 17 : 00　12 July, 2023