招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和６年１月17日

国立大学法人山口大学長　谷澤　幸生

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　35

○第２号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　ＩＶＲ－ＣＴシステム・血管造影システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和７年３月

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　ＩＶＲ－ＣＴシステム

ａ　Ｘ線血管撮影装置とＣＴ装置を備え、共通の検査寝台でシステム連携のもとに検査と治療が行えること。

ｂ　血管撮影装置はＦＰＤ検出器を搭載し、ＣＴ装置は16列以上の多列検出器を搭載したＩＶＲ支援装置であること。

ｃ　血管内治療を支援する機能や解析装置を有すること。

ｄ　Ｘ線被曝を低減する機能を有すること。

ｅ　当院のＨＩＳ、ＲＩＳ及びＰＡＣＳと接続し情報の保存・送受信ができること。

Ｂ　血管造影システム

ａ　全身の診断・治療に対応したシステムであること。

ｂ　血管撮影装置はＦＰＤ検出器を搭載した装置であること。

ｃ　血管内治療を支援する機能や解析装置を有すること。

ｄ　Ｘ線被曝を低減する機能を有すること。

ｅ　当院のＨＩＳ、ＲＩＳ及びＰＡＣＳと接続し情報の保存・送受信ができること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和６年３月４日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒755―8505 山口県宇部市南小串１－１－１　国立大学法人山口大学医学部管理運営課契約管理係　竹原　芳維

電話0836―22―2031

E-mail　me215@yamaguchi-u.ac.jp

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和６年１月17日から令和６年３月４日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Interventional Radiology system combined with multi detector CT and digital subtraction angiography system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Interventional Radiology system combined with multi detector CT

a　This system must have an X-ray angiography device and a CT device, and examinations and treatments must be able to be conducted on the same bed under the system cooperation.

b　The X-ray angiography device must be flat panel detector mounted type. And the CT system must be an IVR support system with 16 or more rows of detectors.

c　This system must have functions and analysis devices to support intravascular treatment.

d　This system must have functions to reduce X-ray exposure.

e　The unit must have connections with the hospital's radiology and hospital information systems, and must allow communication of images and order information.

B　digital subtraction angiography

a　The system must be capable of systemic diagnosis and treatment.

b　The X-ray angiography device must be flat panel detector mounted type.

c　This system must have functions and analysis devices to support intravascular treatment.

d　This system must have functions to reduce X-ray exposure.

e　The unit must have connections with the hospital's radiology and hospital information systems, and must allow communication of images and order information.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　4 March, 2024

⑹　Contact point for the notice : Yoshimasa Takehara, Procurement, Accounting Division, School of Medicine, Yamaguchi University, 1―1―1 Minamikogushi Ube-shi 755―8505 Japan, TEL 0836―22―2031 E-mail me215@yamaguchi-u.ac.jp

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和６年１月17日

契約責任者

独立行政法人国立印刷局

財務担当理事　秋田　能行

◎調達機関番号　562　◎所在地番号　13

１　調達内容

⑴　品目分類番号　14、71、27

⑵　購入等件名及び数量

業務棟ネットワーク外１件　一式

２　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和６年２月16日午後４時（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒105―8445 東京都港区虎ノ門二丁目２番５号　独立行政法人国立印刷局財務部契約課一般契約係担当　豊住　昌代　電話03―3587―4310

３　仕様書案の交付

⑴　交付期間　令和６年１月17日から令和６年２月７日まで。

⑵　仕様書案の交付　「秘密情報の取扱いに関する誓約書」を提出した者に交付する。

⑶　交付場所　上記２⑵に同じ

４　仕様書案の説明会

⑴　開催日時　令和６年２月８日午後２時

⑵　開催場所　独立行政法人国立印刷局財務部入札室

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 14, 71, 27

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Office Building Network and Other Procurement : 1 set

⑶　Time-limit for the submission of comments : 4 : 00 P.M. 16 February 2024

⑷　Contact point for the notice : Masayo Toyozumi, Procurement Contract Division, Financial Affairs Department, National Printing Bureau, Incorporated Administrative Agency, 2―2―5 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105―8445 Japan TEL 03―3587―4310

意見招請に関する公示

次のとおり調達案件の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和６年１月17日

契約担当職

国立研究開発法人産業技術総合研究所

大型調達室長　山野　雅史

◎調達機関番号　808　◎所在地番号　08

○産総第 249 号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　購入等件名及び数量　固体量子コンピュータチップ開発用無冷媒希釈冷凍機システム　一式