招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成21年7月1日

独立行政法人国立病院機構

浜田医療センター院長　日野　理彦

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　32

○第10512号（No.10512）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

ＰＥＴ－ＣＴ　１式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成22年度第１・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　マルチスライスＸ線ＣＴ装置を搭載したＰＥＴ－ＣＴ複合装置であること。

②　ＰＥＴと他のモダリティ（ＣＴ、ＭＲ、ＳＰＥＣＴ等）の画像重ね合わせ（イメージフュージョン）が可能なこと。

③　ＰＥＴカメラは最新の検出器を搭載していること。

④　ＰＥＴ画像の３次元的なＳＵＶ計測を含む画像処理が可能なこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成21年８月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒697－8511 島根県浜田市黒川町3748　独立行政法人国立病院機構浜田医療センター企画課長　松浦　　聖　電話0855－22－2300　内線5541

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成21年７月６日から平成21年８月７日まで。

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　その他

この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Positoron Emission Computed Tomography 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　The PET scanner should be combined with multi-slice X-ray computed tomography.

②　Imgae fusion as PET＋CT, PET＋MR, and PET／CT＋SPECT shold be able to proceed.

③　PET scanner has the newest detector.

④　The processing workstation should dosome image analysis included the 3D-VOI SUV analysis of the PET image.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M August 17, 2009

⑹　Contact point for the notice : Satoshi Matsuura, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Hamada Medical Center, 3748 Kurokawa-cho Hamada-shi Shimane-ken 697—8511, Japan. TEL 0855—22—2300 ext. 5541

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成21年７月１日

国立大学法人北海道大学総長　佐伯　　浩

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01

○第２号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量

４プローブ付き走査電子顕微鏡　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期

平成22年度９月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　超高真空（２×10の10乗 Torr以下）下で走査電子顕微鏡により試料表面の観察ができ、同じ試料ステージ上で表面形状や電気的な特性評価（Ｉ－Ｖ測定）ができる４プローブ機能を有するシステムであること。上記超高真空下での走査電子顕微鏡の空間分解能は４nm以下、４プローブ機器は原子分解能の走査型トンネル顕微鏡機能を有し、原子マニュピレーションができること。

Ｂ　試料を室温から50Ｋ以下の任意の温度に設定できること。

Ｃ　超高真空（２×10の10乗 Torr以下）前処理室を有しており、In-situでの試料加熱、スパッタリング、蒸着等ができ、その試料を“A”の分析位置まで搬送することができる機能を有すること。

Ｄ　試料・プローブを大気中から装置に導入する機能を有すること。

Ｅ　システムの導入と修理に対してサポート体制が確立されており、長期的な装置の運用が可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成21年８月３日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒060－0808 札幌市北区北８条西５丁目　北海道大学財務部調達課係長（物品契約）　佐々木　結　電話011－706－4557

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成21年７月１日から平成21年８月３日まで。

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成21年７月８日10時00分

⑵　開催場所　北海道大学大学院理学研究院本館２階中会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Scanning Electron Microscope with Four Probe System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The system should be dedicated to the observation of sample surface by Scanning Electron Microscope under ultra high vacuum (below 2 times 10 to the negative 10th Torr) condition, and surface topographic and electronic property monitoring by four probe technique on the same stage. Under the ultra high vacuum described above, 4 nm spatial resolution should be achieved in Scanning Electron Microscope. The four-probe system has a function of Scanning Tunneling Microscope with atomic resolution and with capability of atomic manipulation.

B　The sample should be set at any temperature between room temperature and 50 K.

C　The system should be equipped with an ultra high vacuum (below 2 times 10 to the negative 10th Torr) sample preparation chamber, and annealing, sputtering, evaporation, etc. including a sample transfer to system “A” should be possible.

D　The system should be equipped with a sample & probe introduction system allowing transfer from atmosphere.

E　Installation and repair support for any system failure should be provided in order to long term system operation.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 3, August, 2009

⑹　Contact point for the notice : SASAKI Hitoshi, Procurement Section, Procurement Division, Hokkaido University, Kita 8 Nishi 5 Kita-ku Sapporo-shi 060—0808 Japan, TEL 011—706—4557

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成21年７月１日

国立大学法人北海道大学総長　佐伯　　浩