◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01
○第３号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量
超高精度電子ビーム露光システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成22年度７月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　100kV以上の加速電圧を有する熱電界放射型電子銃を用いた電子線描画装置であること。
B　最小電子ビーム径が３nm以下であること。
C　市販のレジスト（例　ZEP520A（日本ゼオン㈱）で５nm以下の線幅でのパターニングを保障すること。
D　電子ビーム電流値の揺らぎは0.1％以下であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月３日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒060―0808 札幌市北区北８条西５丁目　北海道大学財務部調達課係長（物品契約）　佐々木　結　電話011―706―4557
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月１日から平成21年８月３日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成21年７月８日14時00分
⑵　開催場所　北海道大学創成科学研究棟セミナー室Ｂ（04―214）
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ultra-High Precision Electron Beam Lithography System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The electron beam lithography system should consist of thermal field emission gun operating at 100 keV or more than 100 keV.
B　A minimum electron beam diameter should be less than 3 nm.
C　The patterning in the line width of 5 nm should be guaranteed by using commercially available EB-resist such as ZEP520A (Zeon Co.).
D　The fluctuation of electron beam current should be less than 0.1%.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 3, August, 2009
⑹　Contact point for the notice : SASAKI Hitoshi, Procurement Section, Procurement Division, Hokkaido University, Kita 8 Nishi 5 Kita-ku Sapporo-shi 060―0808 Japan, TEL 011―706―4557

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 21 年７月１日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第 11 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　15、28
⑵　導入計画物品及び数量
ユビキタスネットワークシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成21年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　ユビキタスなネットワーク接続を提供できること。
B　ユビキタスなネットワークサービスを提供できること。
C　高いネットワークセキュリティを提供できること。
D　既存のシステムと一体的な運用管理が容易に行なえること。
E　24時間運用に耐えられる高い信頼性を有すること。
F　先進的な技術を取り入れて，効率的かつ継続的に運用できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月３日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２―１―１　東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第二係長　芳賀　昌史　電話022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月１日から平成21年８月３日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成21年７月15日10時00分
⑵　開催場所　東北大学サイバーサイエンスセンター５Ｆ大会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ubiquitous network system 1 Sets
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system should be capable of providing ubiquitous network access.
B　The system should provide ubiquitous network services.
C　The system should be capable of providing high network security.
D　The operations and managements of the system should be easy and coherent with those of the existing systems.
E　The system should be highly reliable for 24-hours operation.
F　The system should be capable of being operated efficiently and continuously using advanced technologies.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 3, August, 2009
⑹　Contact point for the notice : Haga Masahumi, Procurement Section, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 21 年７月１日
国立大学法人群馬大学事務局長　中島　節夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　10
○第８号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22
⑵　導入計画物品及び数量
周産期超音波診断装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成21年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　３Ｄ／４Ｄ超音波画像診断ができること。B　ＳＴＩＣ機能を用いた胎児心臓スクリーニングができること。C　対象部位の体積計測および立体的形状の表示ができること。D　ネットワーク接続（オンライン）によるボリュームデータ解析ができること。E　Digital Raw Dataの保存＆再生機能。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒371―8510 前橋市荒牧町４丁目２番地　群馬大学財務部経理課契約係長　宮路　昌浩　電話027―220―7066
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月１日から平成21年８月17日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。