⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　本システムは手術室、ＩＣＵ､救急外来、救急病棟、重症病棟の生体情報管理システム及び、セントラルモニタ、ベッドサイドモニタ、送信機によって構成されること。
②　生体情報監視システムは生体情報を総合的に管理、及び蓄積できる総合的なシステムであること。
③　本システムとＮＩＣＵ部門システムはシームレスな情報管理が行えること。
④　セントラルモニタはベッドサイドモニタ及び送信機より得られた多数の患者の生体情報を管理できること。
⑤　ベッドサイドモニタの測定パラメータとしては、心電図、呼吸、Spo２、非観血血圧、観血血圧、体温があること。
⑥　送信機の測定パラメータとしては、心電図、呼吸、Spo２があること。
2　資料及びコメントの提供方法
上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月31日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒162―8655 東京都新宿区戸山１―21―１　国立国際医療センター戸山病院会計第一課長　佐藤　星斗　電話03―3202―7181　内線2050
3　説明書の交付
本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月24日から平成21年８月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催
本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成21年７月24日14時00分
⑵　開催場所　院内会議室
5　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Vital sign monitoring system use 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　This vital sign monitoring system consists of vital sign management system in the operating room, ICU, emergency clinic, and ward for patients in critical condition, the central monitor, the bed side monitor, and the transmitter.
②　The vital sign management system should be an all-round system that can manage multiple vital signs and stock them.
③　The NICU unit system and this system can provide seamless information management.
④　The central monitor can manage many patients' vital signs through the bed side monitor and the transmitter.
⑤　The parameters of the bed side monitor are as follows : ECG, respiration, Spo2, non invasive blood pressure, invasive blood pressure, and body temperature.
⑥　The parameters of the transmitter are as follows : ECG, respiration, and Spo2.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 15 P.M August 31, 2009
⑹　Contact point for the notice : Seito Sato, Director, Accounting Division 1, International Medical Center of Japan Toyama Hospital, 1―21―1 Toyama Shinjuku-ku, Tokyo 162―8655 Japan. TEL 03―3202―7181 ext. 2050

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成21年７月15日
国立長寿医療センター運営局次長
長谷川　博
◎調達機関番号　017　◎所在地番号　23
○第８号（№８）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
ＰＥＴ－ＣＴシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　ＰＥＴカメラとＸ線ＣＴ装置とから構成されるシステムであること。
②　ＰＥＴ画像とＸ線ＣＴ画像との重ね合わせが可能であること。
③　ＰＥＴ画像再構成ソフトウェアは最新の方式を採用していること。
2　資料及びコメントの提供方法
上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月31日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒474―8511 愛知県大府市森岡町源吾36－３　国立長寿医療センター会計課長　宮野　智行　電話0562－46－2311　内線2201
3　説明書の交付
本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月22日から平成21年８月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催
本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成21年７月22日13時30分
⑵　開催場所　センター東棟２階会議室
5　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Positron emission tomography-computed tomography (PET―CT) system 1 set
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　This system has to be composed of PET scanner and CT scanner.
②　Functionality to obtain fusion images of PET images and CT images.
③　Software for reconstructing PET images has to be the newest one.
⑸　Time-limit for the submission of the requestrd material : 5 : 00 P.M August 31th, 2009
⑹　Contact point for the notice : Tomoyuki Miyano, Director, Accounting Division, National Center for Geriatrics and Gerontlogy, 36―3 Gengo, Morioka-cho, Obu-shi, Aichi-ken 474―8511, Japan. TEL 0562―46―2311 ext. 2201

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成21年７月15日
国立がんセンター東病院運営局次長
山本　　仁
◎調達機関番号　017　◎所在地番号　12
○第９号（№９）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
陽子線治療装置
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　現在、当院に設置されている陽子線治療装置の電源系統の更新を行うこと。
②　陽子線治療装置のガントリー内ケーブルの更新を行うこと。
③　画像サーバーシステムの更新を行うこと。
④　スキャニング照射装置を設置すること。
⑤　その他、高精度照射に必要な装置を設置すること。
2　資料及びコメントの提供方法
上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月31日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒277－8577 千葉県柏市柏の葉６－５－１　国立がんセンター東病院会計第二課長　水村　正明　電話04―7133―1111　内線2320