3　説明書の交付
本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年８月18日から平成21年８月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催
本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成21年８月18日14時00分
⑵　開催場所　院内会議室
5　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : A proton beam treatment device
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　Power supplies for the proton therapy system shall be replaced.
②　Cables for the rotational gantry shall be replaced.
③　Image server system shall be replaced.
④　Scanning irradiation system shall be equipped.
⑤　Necessary devices for high-precision irradiation system shall be installed.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 15 P.M August 31, 2009
⑹　Contact point for the notice : Masaaki Mizumura, Director, Accounting Division, National Cancer Center Higashi Hospital 6―5―1 Kasiwanoha Kashiwa-shi Chiba-ken 277―8577 Japan. TEL 04―7133―1111 ext. 2320

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 21 年７日 15 日
国立循環器病センター　運営局次長
大月　　武

◎調達機関番号　017　◎所在地番号　27
○第 10 号①（№10①）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
コンピュータ断層撮影装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
１）ＣＴ装置は64列以上のマルチスライススキャン方式であること。
２）極めて高い時間分解能と空間分解能の画像を獲得できる性能をもつこと。
３）高精細の画像による広範囲の検査が短時間で行える性能をもつこと。
４）ＣＴ装置は循環器疾患に対して高精度の形態的検査および機能検査が可能であること。
５）ＣＴ装置は患者の安全性と快適性、空間利用度に十分な配慮がなされた設計であること。
６）ＣＴ装置は優れた操作性と高速画像処理、容易な画像観察の性能を有すること。
７）画像情報ネットワークシステムに対応できること。
８）ＣＴ装置は三次元再構築および機能画像法を含めた高度画像処理能力を有するワークステーションを装備していること。
９）ＣＴ装置はその維持について適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。
10）ＣＴ装置は将来の高い機能拡張性（アップグレードの可能性）を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法
上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月31日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　国立循環器病センター会計課長　廣畑　民夫　電話06―6833―5012　内線2213
3　説明書の交付
本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月15日から平成21年８月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Multidetector-Row CT System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
１）The CT system should have multislice scanning facilities with data acquisition system of more than 64 detector rows.
２）The CT system should have a capability to obtain images with extremely high temporal and spatial resolutions.
３）The CT system should have a capability of rapid acquisition of precise volume data covering long distance of body axis.
４）The CT system should have excellent capability of morphologic and functional study for cardiovascular diseases.
５）The CT system should be carefully designed on patient safety and amenity, as well as space utility.
６）The CT system should have easy operability, rapid image processing facilities, and user-friendly diagnostic screen function.
７）The CT system should have communication with other computer and network systems.
８）The CT system should have a high-performance workstation for image processing including intelligent 3-dimensional recon-struction and functional imaging.
９）The CT system and users should be supported by appropriate and prompt maintenance services.
10）The CT system should have sufficient flexibility for upgrading in future.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M August 31, 2009
⑹　Contact point for the notice : Tamio Hirohata, Director, Accounting Division, National Cardiovasucular Center, 5―7―1 Fujishirodai Suita-shi, Osaka-fu 565―8565 Japan. TEL06―6833―5012 ext. 2213
○第 10 号②（№10②）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
磁気共鳴断層撮影装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
１）主磁場強度は3.0テスラであること。
２）患者の安全性と快適性、および操作性に優れた装置であること。
３)効率的な検査室の設計が可能であること。
４）脳脊髄、心臓血管、その他の臓器において、高い形態的および機能的撮像法を有すると。
５）得られたデータを迅速に処理し解析する高度な機能を備えること。
６）将来の高い機能拡張性を有すること。
７）画像情報ネットワークシステムに対応できること。
８）維持については適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法
上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月31日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　国立循環器病センター会計課長　廣畑　民夫　電話06―6833―5012　内線2213
3　説明書の交付
本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月15日から平成21年８月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。