3　説明書の交付
本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月15日から平成21年８月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Cyclotron, PET Tracer Laboratory System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
１）The cyclotron and PET tracer laboratory system should have high abilities for wide applications to the diagnosis of cardiovascular diseases.
２）The cyclotron and PET tracer laboratory system should have a capability of stable supply of C―11, N―13, O―15, and F―18.
３）The cyclotron and PET tracer laboratory system should have abilities to carry out clinical research and diagnosis of cardiovascular diseases at the same time.
４）The PET tracer laboratory system should have a capability for the synthesis of O―15 gas and F―18 FDG in clinical use.
５）The PET tracer laboratory system should have a capability for the synthesis of C―11, N―13, O―15, and F―18 labeled compounds in research use.
６）The cyclotron and PET tracer laboratory system should have a capability of speedy and safety irradiation and reliable composition of compounds.
７）The cyclotron and PET tracer laboratory system should have a capability of outstanding operation and simple design.
８）The cyclotron and PET tracer laboratory system should have peripheral apparatus for quality control of PET tracer and for protection from radiation.
９）The cyclotron and PET tracer laboratory system should have useful peripheral apparatus for management of the system.
10）The support for system maintenance and trouble-solution should be smoothly available.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M August 31, 2009
⑹　Contact point for the notice : Tamio Hirohata, Director, Accounting Division, National Cardiovasucular Center, 5―7―1 Fujishirodai Suita-shi, Osaka-fu 565―8565 Japan. TEL 06―6833―5012 ext. 2213

○第10号⑤（№10⑤）

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
ＰＥＴ／ＣＴ検査システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
１）循環器疾患の検査に広く適用できるＰＥＴ／ＣＴ装置であること。
２）検査処理能力、信頼性が高く、迅速かつ安全な検査の実施が可能であること。
３）心臓ＰＥＴ／ＣＴ検査に対して、優れた血流・代謝の定量解析能力を有し、多彩な心機能解析が可能であること。
４）O―15ガス脳循環代謝測定を安全で円滑に行えるための周辺機器を備えていること。
５）腫瘍、炎症性病変検査に対して、優れたデータ収集機能および画像処理能力を有すること。
６）多様なネットワークシステムに対応可能であること。
７）優れた操作性と容易な画像観察が可能な読影機能を有する周辺機器を備えていること。
８）装置・機器の精度管理および放射線防護に必要な周辺機器を備えていること。
９）装置の運営管理に有用な周辺機器を備えていること。
10）装置の維持について適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法
上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月31日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　国立循環器病センター会計課長　廣畑　民夫　電話06―6833―5012　内線2213
3　説明書の交付
本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月15日から平成21年８月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : PET／CT System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
１）The PET／CT system should have abilities for wide applications to the diagnosis of cardiovascular diseases.
２）The PET／CT system should have a capability of speedy and reliable data acquisition under arrangement of patient safety and amenity.
３）The PET／CT system should have high capabilities of quantitative analysis of blood flow and metabolism and variegated functional analysis for heart.
４）The PET／CT system should have abilities for safety and smoothly and peripheral apparatus for measurement of regional Oxygen Extraction Fraction or Cerebral Metabolic Rate of O2.
５）The PET／CT system should have high capabilities of data collection and image processing for tumor or inflammatory disease.
６）The PET／CT system should have communication with other computer and network systems.
７）The PET／CT system should have a capability of easy viewing and operation and peripheral apparatus for reporting image.
８）The PET／CT system should have peripheral apparatus for quality control and for protection from radiation.
９）The PET／CT system should have useful peripheral apparatus for management of the system.
10）The support for system maintenance and trouble-solution should be smoothly available.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M August 31, 2009
⑹　Contact point for the notice : Tamio Hirohata, Director, Accounting Division, National Cardiovasucular Center, 5―7―1 Fujishirodai Suita-shi, Osaka-fu 565―8565 Japan. TEL 06―6833―5012 ext. 2213

○第10号⑥（№10⑥）

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
人工心肺装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
１）開心術における体外循環時に使用される各種のポンプやセンサー等の安全装置、非常用電源によって構成され、生命維持装置として機能すること。
２）JaSECTの安全勧告に完全対応していること。
３）マストポンプは、低流量域でも、正確な流量が維持できること。
４）小児症例においては、充填量削減を目的とするポンプの位置変更が可能な構造を持つこと。
５）ポンプリモコン、モニターパネルは大型のカラー表示を使用し、一元的情報量の増加と視認性の向上が図られていること。