資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成21年7月31日

国立長寿医療センター運営局次長
長谷川　博

◎調達機関番号　017　◎所在地番号　23

○第18号（No.18）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

フローサイトメトリー装置　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　細胞分取（ソーティング）可能なフローサイトメトリー装置であること。

②　最大分取能が毎秒２万個以上の高速ソーティングが可能であること。

③　マルチカラー解析が可能なこと。

④　紫外線域によって励起される蛍光色素の解析が可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法

上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成21年９月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒474―8511 愛知県大府市森岡町源吾36―３　国立長寿医療センター会計課長　宮野　智行　電話0562―46―2311　内線2201

3　説明書の交付

本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成21年８月11日から平成21年９月14日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催

本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。

⑴　開催日時　平成21年８月11日13時00分

⑵　開催場所　センター東棟２階会議室

5　その他

この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Flow cytometry system 1 set

⑶　Type of the procurement : purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　This flow cytometry system should be applicable to cell sorting.

②　A sort rate should be more than 20,000 events per second.

③　This system should be applicable to multi-color analysis.

④　Fluorochromes that are excited by ultraviolet should be detected and analyzed.

⑸　Time-limit for the submission of the requestrd material : 5 : 00 P.M September 14th, 2009

⑹　Contact point for the notice : Tomoyuki Miyano, Director, Accounting Division, National Center for Geriatrics and Gerontlogy, 36―3 Gengo, Morioka-cho, Obu-shi, Aichiken 474―8511, Japan. TEL 0562―46―2311 ext.2201

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成21年7月31日

国立長寿医療センター運営局次長
長谷川　博

◎調達機関番号　017　◎所在地番号　23

○第19号（No. 19）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

高分解能・高精度質量分析システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　デュアルリニアイオントラップ質量分析計と電場型フーリエ変換質量分析計から構成されるハイブリッド型の質量分析装置であること。

②　測定質量範囲はｍ／ｚ＝50～4,000であり、最高分解能は、100,000（ＦＷＨＭ）以上で、質量精度は、外部標準法で３ppm、内部標準法で、１ppm以内であること。

③　質量分析計には高感度ナノフロー高速液体クロマトグラフが接続でき、それは４液高圧グラジェント方式で、流量は100nl／min～10μl／minの範囲以上であること。

④　オートサンプラーはＸＹＺロボット方式で、オプションでフラクションコレクター機能が追加可能であること。

⑤　イオン化部は、窒素ガスパージ可能で、溶融シリカキャピラリー高撥水処理ナノエレクトロスプレーチップが接続可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法

上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成21年９月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒474―8511 愛知県大府市森岡町源吾36―３　国立長寿医療センター会計課長　宮野　智行　電話0562―46―2311　内線2201

3　説明書の交付

本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成21年８月10日から平成21年９月14日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。

⑴　開催日時　平成21年８月10日15時00分

⑵　開催場所　センター東棟２階会議室

5　その他

この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High resolution and highly accurate mass spectrometry system 1 set

⑶　Type of the procurement : purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　This system is a hybrid mass spectrometer that has to be composed of dual-pressure linear ion trap and orbital trap.

②　The mass range is 50-4000 (m／z), the maximum resolution is 100,000 (FWHM), and mass accuracy is within 3 ppm with external calibration and within 1 ppm using internal calibration.

③　This system has to be equipped with high sensitivity nano flow high performance liquid chromatograph that has 4 gradient pump with the flow range of 100nl／min-10μl／min.

④　The autosampler is XYZ robotic system, and can add with the fraction collector optionally.

⑤　This system can be purged by nitrogen gas in ionization part, and can be equipped with fused-silica electrospray emitters with low surface tension fluoropolymer coating.

⑸　Time-limit for the submission of the requestrd material : 5 : 00 P.M September 14th, 2009

⑹　Contact point for the notice : Tomoyuki Miyano, Director, Accounting Division, National Center for Geriatrics and Gerontlogy, 36―3 Gengo, Morioka-cho, Obu-shi, Aichiken 474―8511, Japan. TEL0562―46―2311 ext. 2201

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成21年7月31日

国立長寿医療センター運営局次長
長谷川　博