◎調達機関番号　017　◎所在地番号　23

○第 20 号（No.20）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

動物用ＰＥＴ－ＣＴシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　ＰＥＴカメラとＸ線ＣＴ装置とから構成されるシステムであること。

②　ＰＥＴカメラは視野中心の空間分解能が1.5㎜（ＦＷＨＭ）以上であること。

③　ＰＥＴカメラは感度が８％以上であること。

2　資料及びコメントの提供方法

上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成21年９月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒474―8511 愛知県大府市森岡町源吾36－３　国立長寿医療センター会計課長　宮野　智行　電話0562－46－2311　内線2201

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成21年８月10日から平成21年９月14日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。

⑴　開催日時　平成21年８月10日13時30分

⑵　開催場所　センター東棟２階会議室

5　その他

この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Positron emission tomography-computed tomography (PET―CT) system for animal experiments 1 set

⑶　Type of the procurement : purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　The system should consist of PET camera and X-ray CT scanner.

②　Spatial resolution of the PET camera should be less than 1.5㎜ (FWHM) at the center of field of view.

③　Sensitivity of the PET camera should exceed 8%.

⑸　Time-limit for the submission of the requestrd material : 5 : 00 P.M September 14th, 2009

⑹　Contact point for the notice : Tomoyuki Miyano, Director, Accounting Division, National Center for Geriatrics and Gerontlogy, 36―3 Gengo, Morioka-cho, Obu-shi, Aichi-ken 474―8511, Japan. TEL 0562―46―2311 ext. 2201

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 21 年７月 31 日

国立長寿医療センター運営局次長

長谷川　博

◎調達機関番号　017　◎所在地番号　23

○第 21 号（No.21）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

脳磁図計測システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　全頭型の多チャンネル脳磁図測定装置であり、必要十分な外部ノイズ遮断性能を有すること。

②　脳機能の正確な局在推定が可能で、医療及び研究の両目的で使用できること。

③　電源解析のためのソフトウエアを装備しており、解析結果を個人の頭部ＭＲＩ上に重ね合わせができること。

2　資料及びコメントの提供方法

上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成21年９月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒474―8511 愛知県大府市森岡町源吾36－３　国立長寿医療センター会計課長　宮野　智行　電話0562－46－2311　内線2201

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成21年８月10日から平成21年９月14日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催

本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。

⑴　開催日時　平成21年８月10日16時00分

⑵　開催場所　センター東棟２階会議室

5　その他

この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetoencephalography (MEG) measurement system, 1 set

⑶　Type of the procurement : purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　It must be a whole-head multi-channel MEG system which has sufficient performance to block the environmental noise.

②　It must be able to localize brain functions accurately, and can be used both for clinical and research purposes.

③　It must have software for the electromagnetic source estimation with a function to overlay the estimated results onto individual brain MRIs

⑸　Time-limit for the submission of the requestrd material : 5 : 00 P.M September 14th, 2009

⑹　Contact point for the notice : Tomoyuki Miyano, Director, Accounting Division, National Center for Geriatrics and Gerontlogy, 36―3 Gengo, Morioka-cho, Obu-shi, Aichi-ken 474―8511, Japan. TEL 0562―46―2311 ext.2201

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 21 年７月 31 日

国立長寿医療センター運営局次長

長谷川　博

◎調達機関番号　017　◎所在地番号　23

○第 22 号（No.22）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　71、27

⑵　導入計画物品及び数量

臨床研究情報処理システム　一式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　平成21年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　本システムは、臨床研究及び診療業務を総合的に支援するためのもので、オーダリングシステム（電子カルテシステム）、部門システムの業務全般にわたり総合的に管理、参照、運営が行えるシステムであること。

②　本システムは、患者基本情報、診療情報、画像情報などが円滑に交換できること。

③　本システムは、患者の臨床データ、情報を長期的総合的に蓄積管理できる機能を有すること。

④　本システムは、要求機能を達成するために十分なデータ処理機器、端末、ネットワークを保有すること。

⑤　本システムのうち、業務に不可欠なシステムは24時間、無人にて自動稼働し安全で容易に運用できること。

⑥　プライバシーの保護及びセキュリティ対策が十分なされていること。

2　資料及びコメントの提供方法

上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。