② 紙により持参の場合は、平成21年11月18日14時00分。九州地方整備局総務部経理調達課まで持参。
③ 郵送による入札書の受領期限は、平成21年11月18日14時00分。郵送先は、九州地方整備局総務部経理調達課。
開札は、平成21年11月19日10時00分　九州地方整備局総務部経理調達課入札室にて行う。
4 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金　免除
② 契約保証金　納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
⑶ 入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑷ 落札者の決定方法　予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
⑸ 配置予定監理技術者等の確認　落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
⑹ 手続における交渉の有無　無
⑺ 契約書作成の要否　要
⑻ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無
⑼ 関連情報を入手するための照会窓口　上記3⑴に同じ。
⑽ 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加　上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記3⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⑾ 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
⑿ 詳細は入札説明書による。
5 Summary
⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : Takashi Nanba, Vice Director-General Kyusyu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
⑵ Classification of the services to be procured : 41
⑶ Subject matter of the contract : Harbors loading upgrade equipment construction
⑷ Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 8 October 2009
⑸ Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 14 : 00　18 November 2009 (tenders brought with 14 : 00　18 November 2009 or submitted by mail : 14 : 00　18 November 2009)
⑹ Contact point for tender documentation : Tadasu Matumura, Accounting and Procurement Division, General Affairs Department, Kyusyu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―10―7 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-city, 812―0013 Japan. TEL 092―418―3345

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成21年9月28日
国立療養所邑久光明園事務部長
石川　武志

◎調達機関番号　017　◎所在地番号　13
○第32号（No.32）
1 調達内容
⑴ 品目分類番号　24
⑵ 導入計画物品及び数量
マルチスライスＣＴシステム１式
⑶ 調達方法　購入等
⑷ 導入予定時期　平成21年度第４・四半期
⑸ 調達に必要とされる基本的な要求要件　64列マルチスライス検出器＋心電同期スキャンシステム搭載型
① 走査ガントリ
② 0.6㎜スライス対応64列マルチスライス検出器（１回転で128スライス以上の画像が得られること。）
③ Ｘ線高電圧発生装置
④ 寝台（患者寝台の高さが車椅子高さ40㎝以下まで下げられること。）
⑤ 操作コンソール
１）デュアルモニタシステム
２）ＣＰＵキャビネット
⑥ インジェクタ同期システム
⑦ 必要なシステム及びソフト並びに物品が搭載または配備されていること。
⑧ 造影剤自動注入器
１）各社全てのシリンジ製剤が使用可能であること。
２）天井懸垂式でディアルタイプであること。
３）最大圧力は、300ＰＳＩ以上であること。
⑨ ３Ｄワークステーション
⑩ 必要な保守点検体制が整っていること。
⑪ 病院情報システム・画像ファイリングシステムとの間で、画像（ＤＩＣＯＭ3.0）、患者検査情報の実施等の入出力が可能なこと。
2 資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴ 資料等の提供期限　平成21年11月13日15時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵ 提出先　〒701―4593 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253　国立療養所邑久光明園会計課長　岡崎　秀樹　電話0869―25―0011　内線2221
3 説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴ 交付期間　平成21年10月14日から平成21年11月13日まで。
⑵ 交付場所　上記2⑵に同じ。
4 説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴ 開催日時　平成21年10月14日10時30分
⑵ 開催場所　院内会議室
5 その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6 Summary
⑴ Classification of the products to be procured : 24
⑵ Nature and quantity of the products to be purchased : Multi-slice CT system 1 set
⑶ Type of the procurement : Purchase
⑷ Basic requirements of the procurement : The system should have 64 or more row-detector, ECG-Gated scan system.
① The system should have a Gantry.
② The system should have 64-row detector CT corresponding to less than 0.6mm slice (This unit generates 128 slices or more per rotation).
③ The system should have a x-ray high voltage generator.
④ The system should have a patient couch (Couch-top can be lowered than 40cm which as the height of wheelchair seat-top level).
⑤ The system should have an operation
１）Consol, Dual-monitor system
２）CPU cabinet.
⑥ The system should have an injector Synchronization system.
⑦ The system should have a necessary system, software and items.
⑧ The system should have Automatic contrast-media injector.
１）Each company's formulation is available
２）Ceiling Pendent-type and Dualflow type
３）Maximum pressure is over 300PSI.