3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して調達説明書を交付する。
⑴　交付日　説明会でのみ交付。
⑵　交付場所　下記４⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく調達説明会を開催する。なお、説明会に出席せずに、資料等の提出を行うことは認めない。
⑴　開催日時　平成22年３月19日午後３時00分
⑵　開催場所　〒100―8919 東京都千代田区霞が関２－２－１　外務省南庁舎285号室
5　その他
⑴　上記４の説明会に出席を希望する者は、平成22年３月18日午後３時00分までに下記⑵に示す申込先に書面により申込をすること（様式適宜）。なお、申込方法は、原則ＦＡＸによることとする。
⑵　申込先　外務省大臣官房国内広報課　近藤千絵子　電話03―3580―3311　内線2699　ＦＡＸ03―5501―8128
⑶　この調達計画の詳細は説明会で配布する説明書による。
6　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 76
⑵　Nature and quantity of the services to be required : Publishing services, 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Time-limit for the submission of the requested material : 11 : 00 a.m. April 8, 2010
⑸　Contact point for the notice : Chieko Kondo, Domestic Public Relations Division, Minister's Secretariat, Ministry of Foreign Affairs, 2―2―1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8919 Japan. TEL 03―3580―3311 Ext. 2699 FAX 03―5501―8128

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年３月５日
防衛省陸上幕僚長　火箱　芳文

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
患者監視装置，交直両用，ポータブル型　30個
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入目的　本品は、方面衛生隊等が装備品の構成品として保有し、救急救命処置用として使用する。
⑸　導入予定時期　平成22年度第４四半期
⑹　物品に必要とされる基本的な要求要件
①　心電図及び非観血血圧の測定ができ、交直両用でバッテリが内蔵されている。
②　体温ピックアップにより体温、SpO_2ユニットにより動脈血酸素飽和度、CO_2センサにより炭酸ガス濃度の測定ができる。
③　救急伝送システム等に接続し、救急現場及び患者搬送途上の患者の生体情報を医療機関に伝送できる。
④　寸法は、Ｗ210×Ｄ130×Ｈ170㎜以下である。
⑤　防滴構造である。
⑥　内蔵バッテリは、５時間以上連続使用可能である。
⑦　心拍数は、25～250回／min、非観血血圧10～260mmHg、動脈血酸素飽和度70～100％である。
⑧　電源は、ＡＣ100Ｖ、50／60Hz、ＤＣ12～28Ｖである。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年４月19日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒114－8564　東京都北区十条台１－５－70　陸上自衛隊補給統制本部衛生部技術課仕様書班　仕様書班長　電話03－3908―5121　内線2866
3　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Patient Monitor, Compatible AC-DC power, Portable type : 30 units.
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic performance to be required :
①　Function to measure ECG and NIBP, compatible AC-DC power Built-in battery.
②　Function to measure Body temperature with the pick-up sensor, Arterial oxygen saturation with the SpO_2unit and CO_2 concentration with CO_2sensor.
③　To connect the telemetry system, send the patient data to medical institution in emergency situation or transport situation.
④　Size : not bigger than W210×D130×H170㎜.
⑤　Splash proof construction.
⑥　Built-in battery must work more than 5 hours by continuous use.
⑦　Heart rate range : 25―250bpm, NIBP range : 10―260mmHg, SpO_2 range : 70―100%
⑧　Power source : AC100V, 50 ／ 60Hz, DC12―28V
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 19, April, 2010.
⑹　Contact point for the notice : Specification leader, Specification Section, Medical Department, Ground Material Control Command, Japan Ground Self Defense Force, 1―5―70 Jujodai, Kita-ku Tokyo 114―8564 Japan. TEL 03―3908―5121 Ext. 2866

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年３月５日
防衛省陸上幕僚長　火箱　芳文

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13
○第２号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
体外自動式除細動器　200個
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入目的　本品は、陸上自衛隊における装備品の構成品等として保有し、救急救命処置用として使用する。
⑸　導入予定時期　平成22年度第４四半期
⑹　製品に必要とされる基本的な要求要件
①　ＡＥＤモードを有し、電源投入後から心細動除去までが日本語による音声案内により操作できる。
②　出力波形がバイフェージックである。
③　バックライト機能付液晶ディスプレイによる心電図表示ができ、これをメモリに記録でき、ソフトウェアに再現できる。
④　本体の故障の有無を自己点検する機能を有する。
⑤　バッテリは未使用及び未開封で約５年以上の有効期限がある。
⑥　寸法は、Ｗ220㎜×Ｄ220㎜×Ｈ70㎜以下である。
⑦　質量がバッテリ装着時３㎏以下である。
⑧　除細動指示からの充電時間が10秒以下である。
⑨　心電図等のデータ保存は、120分可能である。
⑩　バッテリ容量は最低300回の除細動を行えるものとする。
2　資料及びコメントの提供方法　第１号の２に同じ
3　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Automatic : 200 units.
⑶　Type of the procurement : purchase