⑸　配置予定監理技術者の確認　落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
⑹　専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
⑺　契約締結後のＶＥ提案　契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
⑻　手続における交渉の有無　無
⑼　契約書作成の要否　要
⑽　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無
⑾　関連情報を入手するための照会窓口　上記４⑴に同じ。
⑿　一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加　上記２⑵に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記４⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
⒀　詳細は入札説明書による。
6　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Takujiro Miyamoto Vice Director-General, Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the Contract : Dredging works of the Waterway (−9m) at Nakano area, Port of Sendaishiogama
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 16 : 00　12 April 2010
⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 12 : 00　18 May 2010 (tenders brought with 12 : 00　18 May 2010 or submitted by mail : 12 : 00　18 May 2010)
⑹　Contact point for tender documentation : Masatoshi Kanai, Accounting and Procurement Division, General Affairs Department, Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ; 1―1―20 Kakyouin, Aobaku, Sendai-city, Miyagi-pref. 980―0013 Japan. TEL 022―716―0013

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年3月12日
国立大学法人岐阜大学理事　竹森　正孝
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　21
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
新生児集中治療管理システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成22年度１月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　新生児呼吸循環栄養管理システム　新生児保育器、新生児用人工呼吸器、輸液システムなどを含む呼吸循環状態の維持管理及び新生児の栄養管理に必要なシステムであり、医療情報システムと連携して迅速に行えること。Ｂ　新生児監視装置システム　新生児の生体情報（心拍数、呼吸数、経皮的酸素飽和度モニター等）の監視及び診断治療を医療情報システムと連携して迅速に行えること。Ｃ　母体・胎児監視システム　救急母体搬送されてきた母体及び胎児の状態を迅速に検査、診断治療および監視しその情報を医療情報システムと迅速に連携できること。Ｄ　新生児診断治療管理システム　新生児の血液ガス検査、ビリルビン測定、聴力検査、超音波検査などを有効に治療に活用するため医療情報システムとの連携を迅速に行えること。Ｅ　脳低温モニタリングシステム　新生児仮死などによる低酸素性脳症などの重症患者に対する診断治療を医療情報システムと連携し迅速に行えること。Ｆ　ＮＩＣＵ患者情報システム　新生児の診断治療などの患者情報を一元管理でき、医療情報システムと連携することで院内での情報共有が可能なこと。Ｇ　メディカルコンソール　設置する病室に応じて構成内容の選択・配置を自由にアレンジでき、医療ガス、電源など病床まわりの設備を一体化し、機能的に使用できること。Ｈ　無停電源装置　入力電源に停電などの異常が発生しても一定時間は停電することなく診断治療が行える電力を供給できること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年４月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒501―1194 岐阜市柳戸１番１
岐阜大学医学部附属病院管理課調達第三係
太田　　忠　電話058―230―6033
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年３月12日から平成22年４月28日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年３月24日15時00分
⑵　開催場所　岐阜大学医学部事務部会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The neonatal intensive care unit system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement : A Circulatory, respiratory and untritional care system : This system should manage circulatory, respiratory and untritional care provided by neonatal incubators, respirators and infusion pumps, for example. This system should be linked to the hospital information system. B Neonatal monitoring system : This system should integrate data from a range of sources such as heart rate, respiratory rate and blood oxygen saturation, for example, as obtained from patients attending an NICU or GCU for systemic management. This system should be linked to the hospital information system. C Maternal／fetal monitoring system : This system should manage information pertaining to maternal／fetal status that should be collected immediately after being transferred from another hospital. This system supports advanced diagnosis and／or treatment. This system should be linked to the hospital information system. D Diagnostic examination／clinical care system : This system should collate patient information including laboratory data (e. g., blood gas analysis and bilirubin levels), neurological status (e. g., auditory brainstem responses) and imaging (e. g., ultrasonography) to facilitate diagnosis and clinical treatment. This system should be linked to the hospital information