歩行補助つえ	カナディアン・クラッチ	主体―アルミニウム、鋼管 上部４段間隔以上、下部９段間隔以上の調節装置を付けるものとする。 腕支持器 ―アルミニウム鋳物及びステンレス鋼板 握り部分 ―アルミニウム鋳物及びゴム 外装―塗装なし	夜光材	8,000	4	
	ロフストランド・クラッチ	カナディアン・クラッチに準ずる。	夜光材	8,000	4	
	多点杖	つえの下部に三本以上の脚を有するもの。 主体―軽金属 外装―塗装なし	夜光材	6,600	4	
	プラットホーム杖	カナディアン・クラッチに準ずる。	夜光材	24,000	4	
重度障害者用意思伝達装置	文字等走査入力方式	意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。	プリンタ 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	143,000	5	ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。
		通信機能が付加されたもの	上と同じ。	450,000		通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
		環境制御機能が付加されたもの	遠隔制御装置その他は上と同じ。			環境制御機能が付加されたものとは、機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
	生体現象方式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ。	450,000		生体現象方式とは、生体現象（脳波や脳の血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。

備　考

　1　本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

　2　耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

別表の２の⑴の価格の欄中「6,750円」を「7,000円」に改める。

別表の２の⑴のアを次のように改める。

　ア　ソケットの交換

　　㈠　基本価格及び複製価格

名　称	採型区分	型　式	価格 円 基本価格	価格 円 複製価格	備　考
義手用	A―１	装飾用 作業用 能動式	38,200 38,200 49,000	23,900 23,900 32,500	肩甲胸郭間切断用は、13,000円増しとすること。