⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 17, May, 2010
⑹　Contact point for the notice : Yoshitomo Kamada, Supplies Division, Akita University School of Medicine, 1―1―1 Hondo Akita-shi 010―8543 Japan, TEL 018―884―6249

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年４月１日
国立大学法人新潟大学長　下條　文武
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　15
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
フルデジタルＸ線診断治療用血管撮影システム　二式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成22年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　フルデジタルバイプレーン血管撮影装置
ａ　高速なシネモード撮影が可能なこと
ｂ　３Ｄロードマップ機能を有すること
ｃ　被ばく低減機能を有すること
ｄ　検査室内画像表示が視認性にすぐれ多機能なこと
ｅ　ＨＩＳおよびＲＩＳと連携作動すること
ｆ　画像解析装置を有すること
ｇ　発生した画像を院内の画像管理サーバーへ送信可能なこと
ｈ　血管内超音波検査が可能なこと
ｉ　心カテ機能のバックアップが可能な心臓カテーテル装置が作動すること
ｊ　視野サイズの大きなＦＰＤを搭載したバイプレーン装置であること
ｋ　軟部組織のＣＴライクイメージの作製が可能なこと
ｌ　循環器疾患の緊急時に必要な機器を有すること。
Ｂ　フルデジタル血管撮影システム＋ＩＶＲＣＴ装置
ａ　高速なシネモード撮影が可能なこと
ｂ　３Ｄロードマップ機能を有すること
ｃ　被ばく低減機能を有すること
ｄ　検査室内画像表示が視認性にすぐれ多機能なこと
ｅ　ＨＩＳおよびＲＩＳと連携作動すること
ｆ　画像解析装置を有すること
ｇ　発生した画像を院内の画像管理サーバーへ送信可能なこと
ｈ　血管内超音波検査が可能なこと
ｉ　心カテ機能のバックアップが可能な心臓カテーテル装置が作動すること
ｊ　視野サイズの大きなＦＰＤを搭載した，天井懸垂式Ｃアーム装置を有すること
ｋ　ガントリー開口径の大きな自走式ＣＴを有すること
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年５月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒951―8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課調達係　宮路　真一　電話025―227―0970
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年４月１日から平成22年５月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年４月９日14時00分
⑵　開催場所　新潟大学医歯学総合病院管理棟４階大会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The Full Digital Angiography Systems for Diagnosis and IVR 2 Sets
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Full Digital Biplane Angiography System
a　High speed cine mode acquisition
b　3 dimensional road map
c　Reducing radiation dose
d　Image viewer in operating room with highresolution and contrast
e　Connection with existing Hospital and Radiological information system
f　Image analyzing system
g　Connection with PACS system
h　Intravascular Ultrasound system
i　Capability of cardiac catheterization
j　Biplane large FPD
k　Computed tomographic image of soft tissue
l　Equipment of emergency cardiac catheterization
B　Full Digital Angiography System with IVR CT scanner
a　High speed cine mode acquisition
b　3 dimensional road map
c　Reducing radiation dose
d　Image viewer in operating room with high resolution and contrast
e　Connection with existing Hospital and Radiological information system
f　Image analyzing system
g　Connection with PACS system
h　Intravascular Ultrasound system
i　Capability of cardiac catheterization
j　C-arm X-ray tube system with FPD suspended from the ceiling
k　Automobile CT scanner with large gantry
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 18, May, 2010
⑹　Contact point for the notice : Shinichi Miyaji, Procurement Section, Niigata University Medical and Dental, 754 Asahimachidori 1―bancho Chuo-ku Niigata-shi 951―8520 Japan, TEL 025―227―0970

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年４月１日
国立大学法人奈良女子大学長　野口　誠之
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　29
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量
情報処理教育用電子計算機システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期
平成22年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
導入を計画している情報処理教育用電子計算機システムは、主として理学部情報科学科、大学院前期・後期課程情報科学専攻ならびに複合情報科学専攻所属の学生に対して、最新のＵＮＩＸならにWindowsオペレーティングシステムを使った計算機言語教育、グラフィックス、画像処理、計算機システムの講義ならびに演習に供するものである。情報処理教育用電子計算機システムの仕様決定に対する基本的要求要件は以下のとおりである。
Ａ　本システムは、理学部情報科学科・大学院前期・後期課程情報科学専攻ならびに複合情報科学専攻における情報処理教育、研究等を効率的に支援することができるシステムであること。
Ｂ　全てのシステムは、キャンパスネットワークシステムに接続し、演習室内及び各研究室、及び学外などから計算機資源を有効に利用できるシステムであること。
Ｃ　情報処理教育及び研究や、各種利用者管理等に必要な、ユーザ管理システム、プログラミング環境、アプリケーションソフト等を有し、また、それらを動作させるのに十分なハードウェア性能を有すること。
Ｄ　学生端末用パーソナルコンピュータ、自動復旧システム、レーザプリンタ、Linuxリモートログインサーバ、可視化サーバ、ファイルサーバ、認証・ライセンスサーバ、ファイアウォール、ＤＮＳサーバ、メールサーバ、WWWサーバ、ネットワーク関連機器、固定ビデオプロジェクタ、移動ビデオプロジェクタ、カードキーセキュリティシステム、無線ＬＡＮアクセスポイント、大型ビデオ表示システム、及び必要な什器一式を備えること。