(4) Basic requirements of the procurement :
A A proponent must be able to provide digital radiography system.
B A proponent must be able to provide self-propelled MDCT (multi-direct computer tomography) system over 64 slices.
C The imaging range from head-end to knee must be realized with the MDCT system.
D 3D reconstructed image must be acquired with the MDCT system.
E The MDCT system must be able to combine with the Interventional Angiography system which has been already installed so that the totalized system will be able to use as an IVR-CT system.
F The system must be equipped with dose reduction technology for patients as well as operators.
G The system needs to conform to DICOM 3.0 standard.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 11, June, 2010
(6) Contact point for the notice : Takeda Kaoru, Procurement Section, Accounting Division, Yamagata University Faculty of Medicine, 2―2―2 Iidanishi Yamagata-shi 990―9585 Japan, TEL 023―628―5028

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年4月26日
国立大学法人千葉大学契約担当役
事務局長　池田　輝司
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　12
○第１号
1　調達内容
(1) 品目分類番号　23
(2) 導入計画物品及び数量
電動集密書架　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　平成22年度３月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
・30万冊以上の収納能力を備えること
・安全装置等を備えること
・固定部と可動部からなること
・棚板が可変であること
設置場所
A案　開架エリアフラットフロアへの設置
B案　書庫内への積層書架と開架エリアフラットの双方に設置
2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成22年５月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒263―8522 千葉市稲毛区弥生町１―33　千葉大学財務部契約課契約第三グループ　大森　　壽　電話043―290―2077
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成22年４月26日から平成22年５月27日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成22年５月10日14時00分
(2) 開催場所　千葉大学附属図書館会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 23
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Electric mobile shelves 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement : Plan A & B in common - To have total capacity of more than 300,000 volumes of books - To have shelves listed below (a)fail-safe system (b)fixed and movable stacks (c) adjustable shelves Plan A : All shelves are placed on flat floor in open access area Plan B : Shelves are placed as layered stacks in book storeroom and placed on flat floor in open area.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 27, May, 2010
(6) Contact point for the notice : Hisashi Ohmori, Procurement Section, Accounting Division, Chiba University, 1―33 Yayoicho Inage-ku Chiba-shi 263―8522 Japan, TEL 043―290―2077

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年4月26日
国立大学法人浜松医科大学
理事　瀧川　雅浩
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　22
○第１号
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　診断用磁気共鳴断層撮影システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　平成22年度３月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A 均一性に優れた静磁場強度3.0Ｔ以上の超伝導型マグネットを有していること。
B 高速撮像が可能なグラディエントシステムを有していること。
C 独立した複数のＲＦ送受信システムを有し、不均一を防止する機能を有すること。
D 多チャンネルフェーズドアレイコイルシステムを有していること。
E 全身のＭＲＩ／ＭＲＡ撮像の他、先進的アプリケーションおよび周辺機器を有していること。
F 高速画像処理、高速画像転送が可能であること。
G 既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、読影システムおよび医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）と接続可能であること。
H システムを設置するための工事を含むこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成22年６月11日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒431―3192 浜松市東区半田山１―20―１　浜松医科大学会計課専門職員（契約担当）中谷登喜夫　電話053―435―2148
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成22年４月26日から平成22年６月11日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成22年５月12日14時00分
(2) 開催場所　浜松医科大学管理棟４階第二会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Diagnostic Magnetic Resonance Imaging System 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A This system should have the superconducting magnet with more than 3.0T in magnetic field strength of superior uniformity.
B The system should have a gradient system that high-speed imaging is possible.
C The system should have the independent multiple transmit-receive RF system to prevent B1 in homogeneities.
D The system should have the multichannel phased array coil system.
E The system should have the advanced applications and peripheral devices enabling MRI／MRA of the whole body.
F The system should have high-speed image processing and high-speed image transfer apparatus.
G The system should have an interface to communicate with the existing hospital information system (HIS), radiology information system (RIS), reporting system, picture archiving and communication system (PACS).
H The cost of construction and installation should be included.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 11, June, 2010
(6) Contact point for the notice : Tokio Nakatani, Expert Official, Accounting Section, Hamamatsu University School of Medicine, 1―20―1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi 431 ― 3192 Japan, TEL 053―435―2148