資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成22年8月26日

独立行政法人国立がん研究センター

理事長　嘉山　孝正

◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第４号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　多列検出器型エックス線ＣＴ装置　３式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成22年度第四・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　検出器が64列以上のＭＤＣＴ装置であること。

②　全身のＣＴ画像が撮影できること。

③　全標準付属品及び全オプション付属品を備えること。

④　病院情報システムとの間で画像（ＤＩＣＯＭ3.0）、患者検査情報及び実施等の入出力ができること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成22年10月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒104―0045　東京都中央区築地５－１－１　独立行政法人国立がん研究センター　財務経理部長　長岡　祐治　電話03―3542―2511　内線2150

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成22年８月26日から平成22年10月12日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵ に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。

⑴　開催日時　平成22年９月13日16時00分

⑵　開催場所　独立行政法人国立がん研究センター中央病院　管理棟会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Multi Detector row Computed Tomography ; 3 set.

⑶　Type of the procurement : purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　The CT scanner should have more 64 multi-slice detector Machine.

②　The system should be a whole body CT imaging system.

③　It should have all standard attachments and all optional attachments.

④　Able to transfer the Image data (DICOM3.0) and examination and execution between Hospital Information systems.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. October 12th, 2010

⑹　Contact point for the notice : Yuji Nagaoka, Director, Accounting Section 1, National Cancer Center Chuo Hospital, 5―1―1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104―0045, Japan. TEL 03―3542―2511 ext. 2150

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成22年８月26日

独立行政法人国立がん研究センター

理事長　嘉山　孝正

◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第５号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　デジタル乳房Ｘ線撮影装置

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成22年度第四・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　Ｘ線管及びflat panel detector（ＦＰＤ）を保有すること。

②　低線量においても乳がんの診断に適した高精細な画像が得られること。

③　安全性、操作性に配慮した機能を保有すること。

④　高速で多機能な画像処理機能を保有すること。

⑤　病院情報システム、画像ファイリングシステム（ＤＩＣＯＭ規格）との間で画像患者検査情報及び実施情報等の入出力が可能であること

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成22年10月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒277―8577　千葉県柏市柏の葉６－５－１　独立行政法人国立がん研究センター　事務長　山本　　仁　電話04―7133―1111　内線2303

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成22年８月26日から平成22年10月12日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵ に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。

⑴　開催日時　平成22年９月13日16時30分

⑵　開催場所　独立行政法人国立がん研究センター中央病院　会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Full-field Digital Mammography ; 1set.

⑶　Type of the procurement : purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　It should have the combination of X ray tube and flat panel detector (FPD).

②　It should be able to get higher definition and image quality under low dose X ray.

③　It should keep safety and better operatability.

④　It should have higher speed and function of image data processing.

⑤　It should be able to in／out-put the information of patient-study-images-data and the result to hospital information system and image filing system (DICOM standard).

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. October 12th, 2010

⑹　Contact point for the notice : Hitoshi Yamamoto, Office manager, National Cancer Center East Hospital, 6―5―1, Kashiwanoha, Kashiwa-shi, Chiba, 277―8577, Japan. TEL 04―7133―1111 ext. 2303

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成22年８月26日

独立行政法人国立がん研究センター

理事長　嘉山　孝正

◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第６号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　ＰＥＴ－ＣＴ装置

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成22年度第四・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　呼吸性の動きに対して高い位置精度と定量性を有すること。

②　高精細な画像が得られること。

③　安全性、操作性に配慮した機能を保有すること。

④　高速で多機能な画像処理機能を保有すること。

⑤　病院情報システム、画像ファイリングシステム（ＤＩＣＯＭ規格）との間で画像患者検査情報及び実施情報等の入出力が可能であること。