⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　均一性に優れた静磁場強度1.5Ｔ以上の超伝導型マグネットを有していること。
　B　高速撮像が可能なグラディエントシステムを有していること。
　C　多チャンネルフェーズドアレイコイルシステムを有していること。
　D　全身のＭＲＩ／ＭＲＡ撮像の他、先進的アプリケーションおよび周辺機器を有していること。
　E　高速画像処理、高速画像転送が可能であること。
　F　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、読影システムおよび医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）と接続可能であること。
　G　システムを設置するための工事を含むこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年10月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒514―8507 津市江戸橋２―174 三重大学財務部病院再開発調達プロジェクトチーム　丹羽　　章　電話059―231―5716
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年９月１日から平成22年10月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年９月14日16時00分
⑵　開催場所　三重大学医学部会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High Performance Magnetic Resonance Imaging System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　This system should have the superconducting magnet with more than 1.5T in magnetic field strength of superior uniformity.
　B　The system should have a gradient system that high-speed imaging is possible.
　C　The system should have the multichannel phased array coil system.
　D　The system should have the advanced applications and peripheral devices enabling MRI／MRA of the whole body.
　E　The system should have high-speed image processing and high-speed image transfer apparatus.
　F　The system should have an interface to communicate with the existing hos-pital information system (HIS), radiology information system (RIS), reporting system, picture archiving and communication system (PACS).
　G　The cost of construction and installation should be included.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 18, October, 2010
⑹　Contact point for the notice : Akira Niwa, University Hospital Redevelopment Project Team, Finance Department, Mie University, 2―174 Edobashi Tsu-shi 514―8507 Japan, TEL 059―231―5716

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 22 年９月１日
国立大学法人三重大学長　内田　淳正
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　24

**○第５号**

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＣＴ検査システム一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度６月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　高性能マルチスライスＸ線ＣＴ装置であること。
　B　マルチスライスＸ線ＣＴ装置を搭載した高性能ＰＥＴ―ＣＴ複合装置であること。
　C　マルチスライスＸ線ＣＴ装置を搭載した高性能ＳＰＥＣＴ―ＣＴ複合装置であること。
　D　画像解析に必要な周辺機器を有すること。
　E　当院の放射線情報システム・病院情報システムと接続し、画像情報・オーダ情報等の通信ができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年10月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒514―8507 津市江戸橋２―174 三重大学財務部病院再開発調達プロジェクトチーム　丹羽　　章　電話059―231―5716
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年９月１日から平成22年10月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年９月14日15時30分
⑵　開催場所　三重大学医学部会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Computed Tomography System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　The system must have a high-performance multi-slice X-rays CT scanner system.
　B　The system must have a high-performance PET-CT hybrid system equipped with multi-slice X-rays CT scanner.
　C　The system must have a high-performance SPECT-CT hybrid system equipped with multi-slice X-rays CT scanner.
　D　These systems need to have enough peripheral devices having the image analysis function.
　E　These systems require that connecting the radiology information system and hospital information system, and transfer the image data and ordering information.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 18, October, 2010
⑹　Contact point for the notice : Akira Niwa, University Hospital Redevelopment Project Team, Finance Department, Mie University, 2―174 Edobashi Tsu-shi 514―8507 Japan, TEL 059―231―5716

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 22 年９月１日
国立大学法人三重大学長　内田　淳正
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　24

**○第６号**

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　材料洗浄滅菌システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度６月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　洗浄システム
　　ａ　単槽式であり、全自動であること。また、履歴の確認が可能であること。
　　ｂ　洗浄工程がコンピューター管理され、洗浄方法が器材に応じて自動的に選択されること。
　　ｃ　最終洗浄に使用するＲＯ水製造装置を有すること。
　　ｄ　環境保護に配慮されていること。