⑸ Contact point for the notice : Eri Nakamura, Official of the Information Systems Division, Minister's Secretariat, Ministry of Foreign Affairs, 2―2―1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8919 Japan. TEL 03―3580―3311 Ext. 4305 FAX 03―5501―8195

○第115号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　73
⑵　調達計画特定役務及び数量　ＯＤＡ広報に関するテレビ番組（シリーズものＯＤＡ広報）制作のための企画等一式（その放映を含む）
⑶　調達方法　購入等
⑷　調達予定時期　平成23年度（通年で複数回）
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の特定役務に関する下記４の説明会において要請する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年２月８日午前11時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒100―8919 東京都千代田区霞が関２－２－１　外務省大臣官房会計課調達室　本間　智美　電話03―3580―3311　内線5741　ＦＡＸ03―5501―8097
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して調達説明書を交付する。
⑴　交付日　説明会でのみ交付。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく調達説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年１月12日午後２時00分
⑵　開催場所　〒100―8919 東京都千代田区霞が関２－２－１外務省南庁舎282号会議室
5　その他
⑴　上記４の説明会に出席を希望する者は、平成23年１月11日午前10時00分までに下記⑵まで書面により申し込みをすること（様式適宜）。
　なお、申し込み方法は、ＦＡＸ、郵送、手交のいずれかによる。
⑵　申込先　外務省国際協力局評価・広報室　松岡　晶子　電話03―3580―3311　内線3095　ＦＡＸ03―5501―8356
⑶　この調達計画の詳細は調達説明書による。
6　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 73
⑵　Nature and quantity of the services to be required : Advertising services, 1 set.
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Time-limit for the submission of the requested material : 11 : 00 a.m. February 8, 2011
⑸　Contact point for the notice : Shoko Matsuoka, ODA Evaluation and Public Relations Division, International Cooperation Bureau, Ministry of Foreign Affairs, 2―2―1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8919 Japan. TEL 03―3580―3311 Ext. 3095 FAX 03―5501―8356

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成22年12月27日
国立大学法人山形大学理学部長　櫻井　敬久
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　06

○第６号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　超微細構造・元素種同時イメージングシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度８月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　超高分解能透過型分析電子顕微鏡
ａ　透過電子像分解能は、粒子像0.23nm以下、格子像0.1nm以下であること。
ｂ　加速電圧は、80～200kV以上であること。
ｃ　試料傾斜角は、Ｘ：±35°Ｙ：±30°以上であること。
ｄ　倍率は、1,500,000倍以上であること。
ｅ　ゴニオメータは、ピエゾ駆動装備、ゴニオカバーを装備していること。
ｆ　安全装置として、各部安全保護機構を備えること。
ｇ　走査像観察装置は、ＨＡＡＤＦ像（暗視野）を観察でき、最小プローブ径が0.2nm以下であること。
ｈ　ボトムＣＣＤカメラは、ファイバーカップリング方式であること。
ｉ　サイドＣＣＤカメラは、プリズムオプティカル方式であること。
ｊ　３次元再構成は、±70°以上傾斜による３次元再構成機能を有すること。
ｋ　制御コンピュータは、Windows ＸＰ以上であること。
ｌ　エネルギー分散型Ｘ線分析装置の検出器は、シリコンドリフト型検出器であること。
ｍ　バックアップ電源、冷却水循環装置を備えること。
Ｂ　超高分解能走査型分析電子顕微鏡
ａ　二次電子像分解能は、1.0nm（加速電圧15kV）以下、1.5nm（加速電圧１ kV）以下であること。減速モード付属であること。
ｂ　倍率は、1,000,000倍以上であること。
ｃ　像の種類は、二次電子像、反射電子像、透過電子像を投影できること。
ｄ　加速電圧は、0.1～30kVであること。
ｅ　電子銃方式は、サーマルショットキー電界放出形電子銃であること。
ｆ　対物レンズは、セミレンズ方式であること。
ｇ　安全装置として、各部安全保護機構を備えること。
ｈ　制御コンピュータは、Windows ＸＰ以上であること。
ｉ　エネルギー分散型Ｘ線分析装置の検出器は、シリコンドリフト型検出器であること。
ｊ　波長分散型Ｘ線分析装置の分光器は、４結晶横型集光タイプであること。
ｋ　バックアップ電源、冷却水循環装置を備えること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年１月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒990―8560 山形市小白川町１―４―12　山形大学理学部事務ユニット予算担当　櫻井　秀彦　電話023―628―4513
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年12月27日から平成23年１月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年１月18日13時30分
⑵　開催場所　山形大学理学部第一会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Synchronous Imaging System of Ultra-fine Structures and Elemental Distribution 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Ultra High Resolution Analytical Transmission Electron Microscope
a　Transmission Electron Image Resolution ; Particle Image 0.23 nm or lower, Lattice Image 0.1nm or lower.
b　Accelerating Voltage ; 80 ～ 200 kV or higher.
c　Specimen Tilt Angle ; X : ±35° Y : ±30° or higher.
d　Magnification ; 1,500,000 times or higher.
e　Goniometer ; Piezo Drive provided, Gonio Cover provided.
f　Safety Mechanism ; Safety Mechanism for Each Section.
g　Scanning Image Observation Device ; HAADF Image (Dark Field), Minimum probediameter should be 0.2 nm or lower.
h　Bottom CCD Camera ; Fiber Coupling Method.
i　Side CCD Camera ; Prism Optical Method.