C　The equipment must have the connectivity to digital, analogue, ISDN, and lease lines, and the extendibility with which the mounting line and the Internet protocol telephone interface can be easily increased.

D　The equipment must have the reliability that it can be operated as a steady line net.

E　The labor saving on the operation and the management of the system must be attempted.

F　The decrease of the running cost must be attempted.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 17, March, 2011

⑹　Contact point for the notice : Higuchi Hideki, Procurement Section, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成23年2月14日

国立大学法人金沢大学長　中村　信一

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　17

○第３号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　高線量率密封小線源治療システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　平成23年度２月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　高線量率リモートアフターローディング放射線治療システムであること。

B　高精度に体腔内及び組織内密封小線源治療を行うことができること。

C　密封小線源治療計画用のＸ線装置を有すること。

D　放射線治療計画システムを有すること。

E　本院既存のネットワークシステム（病院情報システム及び放射線情報システム）とオンライン運用ができること。

F　高精度な小線源治療を実施するために必要な周辺機器を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年４月４日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒920―8641 金沢市宝町13―１　金沢大学病院部経営管理課調達管理係長　西村　孝司　電話076―265―2067

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年２月14日から平成23年４月４日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成23年２月28日15時00分

⑵　開催場所　金沢大学附属病院小会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : High-dose-rate Brachytherapy System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The system should be a high dose rate remote controlled after loading radiotherapy system.

B　The system must have equipments and functions to perform precise intracavitary and interstitial brachytherapy.

C　The system must have X-ray fluoroscopy and radiography for the planning of brachytherapy.

D　The system must have a radiotherapy planning system.

E　The system must connect an existing network system. (Hospital information system and Radiotherapy information system are existing networks.)

F　The system must have peripheral devices for achieve precise brachytherapy.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 4, April, 2011

⑹　Contact point for the notice : Takashi Nishimura, Procurement Section, Management Division, Kanazawa University Hospital part, 13―1 Takara-machi Kanazawa-shi 920―8641 Japan, TEL 076―265―2067

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成23年２月14日

国立大学法人島根大学長　山本　廣基

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　32

○第２号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　総合臨床検査システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成23年度１月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　総合臨床検査システムは、検査受付システム、検体検査システム、遺伝子検査システム、生理機能検査システム、微生物検査システム、病理検査システム及び輸血検査システムから構成されること。

B　検査受付システムは、自動受付システムを有し、既存の採血管準備装置と連携してプライバシーを確保できる採血システムを有すること。

C　検体検査システムは、省力化、迅速化、省スペース化された検体搬送システム、生化学検査装置、血液検査装置及び免疫検査装置から構成され、24時間稼働できること。

D　遺伝子検査システムは、自動核酸抽出装置とＳＮＰｓや遺伝子配列を迅速に測定できる検査装置を有すること。

E　生理機能検査システムは、汎用超音波検査装置、心臓超音波検査装置、呼吸機能検査装置及び心電計を有し、既存のサーバーと連携すること。

F　微生物検査システムは、培養装置を含み、既存の感染制御システムと連携すること。

G　病理検査システムは、医用写真撮影装置、滑走式ミクロトーム、パラフィン包埋ブロック作成装置、自動染色装置、免疫組織化学染色装置及び顕微鏡用デジタルカメラを有すること。

H　輸血検査システムは、全自動の輸血検査装置及び温度監視システムを有すること。

I　総合臨床検査システムは、既存の病院情報管理システムと連携すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年４月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒693―8501 出雲市塩冶町89―１　国立大学法人島根大学医学部会計課病院調達第二係　佐々木敏幸　電話0853―20―2548

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年２月14日から平成23年４月１日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成23年２月28日14時00分

⑵　開催場所　島根大学医学部本部棟第二会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Integrated clinical laboratory system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Integrated clinical laboratory system must consist of automatic sample register system, sample transportation system with hematology, clinical chemistry and immunoassay analyzers, gene analyzers, physiology function analyzers, microbiology analysis system, blood transfusion system and pathological analysis system