6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Emergency Medical Care System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　A system that support coordinated high-level emergency medical care in the emergency room, the clinical and image laboratories, operation room, critical care unit and wards.
B　The system that support integrated care for the patients with cardiopulmonary arrest, stroke, severe burn, multiple trauma, heart disease, special infectious disease and disaster medicine.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 22, April, 2011
⑹　Contact point for the notice : Akira Niwa, University Hospital Redevelopment Project Team, Finance Department, Mie University, 2―174 Edobashi Tsu-shi 514―8507 Japan, TEL 059―231―5716

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成23年3月7日
国立大学法人広島大学
分任契約担当職　病院長　越智　光夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34

○第７号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　高性能ＣＴシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度９月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　検出器256列以上を装備したＣＴ装置であること。
B　心臓ＣＴ検査に対応可能なＣＴ装置であること。
C　異なる管電圧で、データ収集を行うデュアルエナジースキャンが実施できるＣＴ装置であること。
D　既存の放射線情報システムより、ＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠した患者及び検査情報を取得できること。
E　取得した画像は、既存の画像保存システム（ＰＡＣＳ）にＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠したデータとして保存でき、既存の端末で参照可能なこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年４月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒734―8551 広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学病院財務グループ主査（物品主担当）　曽根　淳一　電話082―257―5025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年３月７日から平成23年４月25日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年３月22日16時00分
⑵　開催場所　広島大学病院外来棟２Ｆ会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The High-performance Computed Tomography System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The new CT scanner must have 256 or more detectors-rows
B　The new CT scanner can perform ECG-gated cardiac CT scan
C　The new CT scanner can perform dual energy scan with two different tube voltages
D　The new CT scanner system has to be connected to the radiological information system (RIS) installed in the Hiroshima University Hospital, and it can communicate the patient's and examination's information data with the RIS
E　The image data obtained with the new CT scanner must conform to the standard of the DICOM3.0 and they can be viewed with the all client viewers in the Hiroshima University Hospital
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 25, April, 2011
⑹　Contact point for the notice : Junichi Sone, Hiroshima University Hospital Finance Group, 1―2―3 Kasumi Minami-ku Hiroshima-shi 734―8551 Japan, TEL 082―257―5025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成23年３月７日
国立大学法人広島大学
分任契約担当職　病院長　越智　光夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34

○第８号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＳＰＥＣＴ―ＣＴシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度９月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　ＳＰＥＣＴ―ＣＴシステムは、２式の検出器を装備したＳＰＥＣＴ装置及びＸ線ＣＴ装置で構成されていること。
B　ＳＰＥＣＴ装置は、低エネルギー及び中エネルギーコリメータを有していること。
C　ＳＰＥＣＴ―ＣＴシステムは、既設の放射線情報システムよりＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠した患者及び検査情報を取得できること。
D　ＳＰＥＣＴ―ＣＴシステムで取得した画像は、既存の画像保存システム（ＰＡＣＳ）にＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠したデータとして保存でき、既存の端末で参照可能なこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年４月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒734―8551 広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学病院財務グループ主査（物品主担当）　曽根　淳一　電話082―257―5025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年３月７日から平成23年４月25日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年３月22日16時30分
⑵　開催場所　広島大学病院外来棟２Ｆ会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The SPECT-CT system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The SPECT-CT system must be composed of a single photon emission computed tomography (SPECT) with two gamma detected cameras and a X-ray computed tomography
B　The SPECT scanner must be equipped with low- and medium- energy collimations
C　The SPECT-CT system must be connected to the radiological information system (RIS) installed in the Hiroshima University hospital, and it can communicate patient's and examination's information data with the RIS
D　The image data obtained with SPECT-CT system must conform exactly to the standard of the DICOM3.0 and they can be viewed with the all client viewers in the Hiroshima University hospital