⑵ This system should have software for observing specimen FIM image on PC monitor, and is capable of making digital format FIM image (movie) of FIM data acquisition.

⑸ Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 22, April, 2011

⑹ Contact point for the notice : Higuchi Hideki, Procurement Section, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成23年3月22日

国立大学法人新潟大学長　下條　文武

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　15

○第５号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　総合臨床検査システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成23年度４月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　検体検査自動化システムは、検体投入機、検体回収機、自動遠心機、自動開栓機、自動分注機、多項目血球分析装置、血液凝固分析装置、免疫分析装置、生化学分析装置、尿検査装置を備え、連動して測定ができること。またスタンドアローン型の多項目自動血球分析装置と血液凝固分析装置、血糖・ヘモグロビンＡ１ｃ分析装置を備えること。

Ｂ　臨床検査情報システムはサーバ、デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン、レーザプリンタ、バーコードラベルプリンタ、ハンディバーコードリーダ、ＩＤカードリーダ、ソフトウェア一式を備え、既存病院情報システムと接続し稼働できること。

Ｃ　採血業務システムは採血管準備装置、採血台、採血用椅子、採血整理番号、呼び込み表示装置を備えること。採血管準備システムは既存病院情報システムと接続し稼働できること。

Ｄ　病院内検体搬送は中央採血室にて採取された検体を検査部に自動搬送する機能を備え、それぞれの検査部、中央採血室から搬送状況が確認表示できること。

Ｅ　臨床検査情報システムは、検査工程の履歴管理及び画像の管理・参照が可能であること。また患者情報保護のためのセキュリティ機能が備えられていること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年５月９日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒951―8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係　宮路　真一　電話025―227―0970

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年３月22日から平成23年５月９日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成23年３月28日11時00分

⑵　開催場所　新潟大学医歯学総合病院管理棟４階大会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Integrated Clinical Laboratory system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The Laboratory Automation system must be equipped with an unloading and sorting module, a sample loading module, centrifuge connector modules, a de-cap connector modules, an aliquot connector modules, automated hematology analyzers, automated coagulation analyzers, immunological auto analyzers and biochemical auto analyzers, urine auto analyzers. All of these analyzers must be linked together for the measurement of the samples. Moreover, Stand-alone type of automated hematology analyzers, automated coagulation analyzers, blood sugar and a hemoglobin A1c analysis system must be equipped.

B　Clinical laboratory information system must have a server, desktop PCs, notebook sized PCs, laser beam printers, bar code label printers, handy code readers, ID card readers, and a set of software which can be connected and work with the current hospital information system.

C　The blood collecting system must be equipped with blood collecting tube preparation equipments, blood collecting stands, chairs for blood collection and a blood collecting reference number calling-in display system. The blood collecting system must be connected and work with the current hospital information system.

D　The sample conveyance system should automatically convey the samples extracted in the central blood collecting room to the Clinical Laboratory Division, and gives indicators of the conveyance status to the terminals in the Clinical Laboratory Division and the central blood collecting room.

E　Clinical laboratory information system should have functions to monitor the history of analyzing process and related images. It also should have functions to secure the privacy of patients.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 9, May, 2011

⑹　Contact point for the notice : Shinichi Miyaji, Procurement Section, Niigata University Medical and Dental Hospital, 754 Asahimachidori 1-bancho Chuo-ku Niigata-shi 951―8520 Japan, TEL 025―227―0970

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成23年3月22日

国立大学法人広島大学

分任契約担当職　病院長　越智　光夫

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34

○第９号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　ＰＥＴ―ＣＴシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成23年度10月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　ＰＥＴ―ＣＴ本体は、ＰＥＴ装置及びＸ線ＣＴ装置で構成されていること。

Ｂ　ＰＥＴ―ＣＴシステムはＴＯＦにより、分解能に優れた画像を取得できる手法を有していること。

Ｃ　ＰＥＴ―ＣＴシステムには、ＰＥＴ検査を行うための必要な備品一式を有していること。

Ｄ　ＰＥＴ―ＣＴシステムは、既設の放射線情報システムよりＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠した患者及び検査情報を取得できること。

Ｅ　ＰＥＴ―ＣＴシステムで取得した画像は、既存の画像保存システム（ＰＡＣＳ）にＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠したデータとして保存でき、既存の端末で参照可能なこと。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年５月13日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒734―8551 広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学病院財務グループ主査（物品主担当）　曽根　淳一　電話082―257―5025

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年３月22日から平成23年５月13日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。