⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　結核菌および肝炎ウィルスの遺伝子を、安全、迅速かつ高感度に自動的に検出できること。
B　病原微生物を最適な培養環境でリアルタイムに検出でき、菌種の同定と薬剤感受性の同時検査が可能であること。
C　電子カルテの情報を元にバーコードラベルを自動的に発行し、患者ごとに検体採取容器の準備ができること。
D　先端の免疫学的検査技術を応用して、種々の免疫蛋白、がんマーカーおよびウィルス抗体の定量が可能であること。
E　尿成分および赤血球沈降速度の迅速な検査が可能であり、外来診療に有効利用できること。
F　本システムは病院情報システムとオンライン接続すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年７月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―３　福井大学病院部総務管理課調達第一係　竹内　和生　電話0776―61―3111　内線3145
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年５月23日から平成23年７月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年５月27日15時00分
⑵　開催場所　福井大学医学部管理棟中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Examination system for infectious diseases and immunity 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system can detect the genes of mycobacterium tuberculosis and hepatitis virus in safety, quickness and high sensitivity automatically.
B　The system can detect the growth of pathogenic bacteria in real time by culturing blood samples under the most suitable conditions and can identify not only bacteria species but also their susceptibility to antibiotics simultaneously.
C　The system can issue barcode labels automatically according to the information form electronic medical recoding system and can prepare labeled sample tubes for each patient.
D　The system can determine the levels of immunological protein markers, cancer markers and virus antibodies by immunological assays using high technology.
E　The system can examine urinary sediments and measure erythrocyte sedimentation rate with rapidity. The rapidity should be useful for outpatient treatment.
F　The system must be connected online to electronic medical recording system (Clinical Information System).
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 8, July, 2011
⑹　Contact point for the notice : Kazuo Takeuchi, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3145

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 23 年５月 23 日
国立大学法人滋賀医科大学長　馬場　忠雄
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　25
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
頭頸部血管診断・治療システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　最新の手技に対応可能なシステムであること。
B　バイプレーン型頭頸部血管診断・治療システムであること。
C　フラットパネルを搭載していること。
D　３次元画像処理が迅速かつ簡便に行えるワークステーションを有すること。
E　各種検査に対応したアプリケーションソフトウェアが利用可能であること。
F　既設病院情報システムへの接続が可能であり、画像処理、閲覧が可能であること。
G　ＤＩＣＯＭ3.0対応であること。
H　回転ＤＳＡ用データストレージサーバを有すること。
I　心血管検査が可能であること。
J　造影剤注入装置を有すること。
K　ポリグラフを有すること。
L　多様な機能を装備している手術顕微鏡であること。
M　難易度の高い脳脊髄神経手術の治療成績を向上させることが可能な装置であること。
N　医療機器として安全性が保証されていること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年７月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒520―2192 大津市瀬田月輪町　滋賀医科大学病院管理課病院調達係　石角　忠俊　電話077―548―2039
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年５月23日から平成23年７月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年６月20日14時00分
⑵　開催場所　滋賀医科大学医学部附属病院第一会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Head cervix blood vessel diagnosis and one treatment system expression 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system that can correspond to the latest operation method.
B　It is biplane type head cervix blood vessel diagnosis and the treatment system.
C　Install a flat panel.
D　Possess the workstation that can do three Dimension image processing promptly and handily.
E　The application software corresponding to various insprctions should be able to be used.
F　It is possible to connect with the existing hospital information system,and it is necessary to be able to picture processi to inspect it.
G　The DICOM3.0 correspondence.
H　Possess the data storage server for rotation DSA
I　Cardiovascular system should be able to be inspected.
J　Possess the contrast medium injector.
K　Possess the polygraph.
L　It should be an operation microscope equipped with various functions.
M　The device that can improve treatment Results of the cerebrospinal nerve operation with a high difficulty.
N　Safety must be quaranteed as medical equipment.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 8, July, 2011