⑷ Basic requirements of the procurement : Required equipment can transmit picture via communication satellite directly, from helicopter.

⑸ Contact point for the notice : Takatoshi UCHIYAMA, Disaster Management Communication Office, Disaster Management Division, Civil Protection and Disaster Management Department, Fire and Disaster Management Agency, Ministry of Internal Affairs and Communications, 2―1―2 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo 100―8927 Japan. TEL : 03―5253―7526

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 23 年５月 31 日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構
奈良医療センター　院長　星田　徹

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　29

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　マルチスライスＣＴ　一式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　平成23年度第３・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　64列以上の検出器を有し、また128スライス以上の同時収集ができること。

②　高い時間分解能と空間分解能の画像を獲得できる性能を有すること。

③　高精細の画像による広範囲の検査が短時間で行える性能をもつこと。

④　全身疾患に対して高精度の形態的検査および機能検査が可能であること。

⑤　高度な画像処理能力を有するワークステーションを装備していること。

⑥　適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年７月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと）

⑵　提出先　〒630―8053　奈良県奈良市七条２―789　独立行政法人国立病院機構奈良医療センター企画班長　村上　浩之　電話0742―45―4591　内線208

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年５月31日から平成23年７月15日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Multi-slice Computed Tomography System 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　The CT scanner must have a detector over 64 rows and must be able to have a date over 128 slices at one scanning.

②　The CT scanner must be able to acquire images with high temporal resolution and high spatial resolution.

③　The CT scanner must be able to perform wide-range exams with ultra high-density images in a short time.

④　The CT scanner must be able to perform highly accurate morphological and functional examinations for circulatory disease.

⑤　The CT scanner must be equipped with workstations equipped with advanced image processing performance.

⑥　The CT scanner must be properly maintained by appropriate service and prompt user suppot.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P. M July 15, 2011

⑹　Contact point for the notice : Hiroyuki Murakami, Director, Accounting Division, Nara Medical Center, 2―789 Shichi-jo Nara-shi, Nara, 630―8053, Japan. TEL 0742―45―4591 ext.208

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 23 年５月 31 日

独立行政法人国立循環器病研究センター
総長　橋本　信夫

◎調達機関番号　612　◎所在地番号　27

**○第１号**

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　補助人工心臓駆動装置６式及び患者モニター10式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成23年度第３・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

１）補助人工心臓駆動装置は、心電図同期機能を有すること。

２）補助人工心臓駆動装置は、駆動圧発生源として外部陽陰圧、内蔵コンプレッサーの両方を有すること。

３）補助人工心臓駆動装置は、定置制御システムを有すること。

４）補助人工心臓駆動装置は、バックアップ電磁弁を有すること。

５）補助人工心臓駆動装置は、国立循環器病研究センター型補助人工心臓ポンプを駆動できること。

６）補助人工心臓駆動装置は、停電時に内蔵バッテリー等で駆動できること。

７）補助人工心臓駆動装置は、操作スイッチが液晶タッチパネルであること。

８）ＩＣＵ／ＰＩＣＵ部門システムは、情報入力・表示する端末と情報を蓄積するサーバにて構成されること。

９）ＩＣＵ部門システムは、生体情報モニタの情報を自動的に収集し、電子的に麻酔チャートを作成する機能を有すること。

10）ＩＣＵ／ＰＩＣＵ部門システムは、システムに保存されたデーターを検索し統計処理ができる機能を有すること。

11）病院情報システム（ＨＩＳ）と接続し、患者基本情報の取得及び実施記録をベースとした医事会計に必要なデーターの送信を行う機能を有すること。

12）生体情報システムは生体情報モニタとセントラルモニタで構成されること。

13）生体情報モニタは心電図、呼吸、観血血圧、非観血血圧、SpO２、体温などの生体情報を同時に測定、表示する機能を有すること。

14）セントラルモニタは各手術室の生体情報モニタの情報を集中的に監視・記録する機能を有すること。

15）麻酔記録システムは既存の麻酔記録システムのハードウェアを更新すること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年７月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　独立行政法人国立循環器病研究センター　総務課契約係　新　葵　電話06―6833―5012　内線2982

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年５月31日から平成23年７月15日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ventricular Assist System 6 sets and Patient monitor 10 sets

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

１）Ventricular Assist System must have ECG-synchronization function.

２）Ventricular Assist System must have an external positive-negative pressure source and an internal compressor as a driving pressure source.

３）Ventricular Assist System must have a stationary control system.