2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年７月29日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒104―0045　東京都中央区築地５－１－１　独立行政法人国立がん研究センター　財務経理部長　長岡　祐治　電話03―3542―2511　内線2150
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年６月17日から平成23年８月１日まで。
⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成23年７月４日14時00分
⑵　開催場所　独立行政法人国立がん研究センター管理棟会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Multislice SPECT-CT system 1set.
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　Single Photon Emission Tomography-CT (SPECT-CT) system should be equipped with gamma camera and multi-slice CT. Those should be integrated systematically and the examinations be performed on one cradle.
②　Multi-slice CT should produce high definition diagnostic images and be structured so that it functions to reduceiatrogenic radiation dose.
③　The system should be equipped with dual, fully digitalized gamma cameras.
④　The system should have qualified reconstruction and statistical analysis soft ware for scintigraphy and CT images.
⑤　The information such as diagnostic images, the patient medical check information, patient status should be input and output among IVR-CT system, Hospital Information System (HIS), and Digital Imaging and COmmunication in Medicine (DICOM3.0).
⑥　Not only mechanic maintenance support but also operator support should be supplied with stability and the quick.
⑦　Flexible deals with forth-coming, functional expansion should be assured.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. August 1th, 2011
⑹　Contact point for the notice : Yuji Nagaoka, Director, Accounting Section 1, National Cancer Center Chuo Hospital, 5―1―1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104―0045, Japan. TEL 03―3542―2511 ext. 2150

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成23年６月17日
独立行政法人国立がん研究センター
理事長　嘉山　孝正
◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第３号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　放射線治療システム一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度第四・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　最新の装置であること。
②　高精度放射線治療が可能な医療用加速装置を有すること。
③　強度変調放射線治療、画像誘導放射線治療が可能なこと。
④　体幹部定位放射線治療等に対応した、超高線量率照射が可能なこと。
⑤　他の周辺機器等を装備すること。
⑥　本院の、病院情報システムとの連携対応ができること。
⑦　導入に必要な工事を行うこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年８月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒104―0045　東京都中央区築地５－１－１　独立行政法人国立がん研究センター　財務経理部長　長岡　祐治　電話03―3542―2511　内線2150
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年６月17日から平成23年８月１日まで。
⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成23年７月４日14時30分
⑵　開催場所　独立行政法人国立がん研究センター管理棟会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High energy radiotherapy system 1set.
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The latest system.
②　Having a medical accelerator capable of high precision therapy.
③　Intensity-modulated radiation therapy and image-guided radiation therapy must be performed.
④　Havingthe ability in ultra-highdoserate irradiation for corresponding to the stereotactic body radiosurgery and VMAT.
⑤　Equipped with other necessary peripheral equipment devices.
⑥　This system must be fully compliant with the hospital information system.
⑦　Repair work is included to install this system.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. August 1th, 2011
⑹　Contact point for the notice : Yuji Nagaoka, Director, Accounting Section 1, National Cancer Center Chuo Hospital, 5―1―1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104―0045, Japan. TEL 03―3542―2511 ext. 2150

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成23年６月17日
独立行政法人国立がん研究センター
理事長　嘉山　孝正
◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第４号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　超電導磁気共鳴診断装置一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度第四・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　稼動静磁場強度は3.0Ｔ以上であること。
②　全身のＭＲ画像が撮像可能であること。
③　各種のＲＦコイルを有すること。
④　安全性、操作性に配慮した機能を有すること
⑤　病院情報システム、画像ファイリングシステム（ＤＩＣＯＭ3.0）との間で画像、患者検査情報および実施情報等の入出力が可能であること。