2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年７月29日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒104―0045　東京都中央区築地５－１－１　独立行政法人国立がん研究センター　財務経理部長　長岡　祐治　電話03―3542―2511　内線2150
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年６月17日から平成23年８月１日まで。
⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成23年７月４日15時00分
⑵　開催場所　独立行政法人国立がん研究センター管理棟会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetic Resonance Imaging system 1set.
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　It should operate 3.0T of static magnetic field or more.
②　It should scan from head to foot.
③　It should provide wide variety of RF-coils.
④　It should keep safety and better operatability.
⑤　It should be able to in／out-put the information of patient-study-image-data and the result to hospital information system and image filing system (DICOM standard).
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. August 1th, 2011
⑹　Contact point for the notice : Yuji Nagaoka, Director, Accounting Section 1, National Cancer Center Chuo Hospital, 5―1―1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104―0045, Japan. TEL 03―3542―2511 ext. 2150

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成23年６月17日
独立行政法人国立がん研究センター
理事長　嘉山　孝正
◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第５号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　陽子線治療用位置決め透視システム一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度第四・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　既存の陽子線治療システムとの互換性が高いこと。
②　既存の陽子線照射回転ガントリー装置に装着できること。
③　安全性、操作性に配慮した機能を有すること。
④　高精度な位置決め、照合ができること。
⑤　安全性、操作性に配慮した機能を有すること。
⑥　既存放射線情報管理システムの接続を行ない、実施情報の連携ができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年８月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒104―0045　東京都中央区築地５－１－１　独立行政法人国立がん研究センター　財務経理部長　長岡　祐治　電話03―3542―2511　内線2150
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年６月17日から平成23年８月１日まで。
⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成23年７月４日15時30分
⑵　開催場所　独立行政法人国立がん研究センター管理棟会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : A positioning seeing through system for proton beam treatment 1set.
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　Compatibility with the existing proton beam treatment system being high.
②　That I can attach it to an existing proton beam irradiation turn signal bridge device.
③　A thing having the function that considered safety, operability.
④　Have highly precise positioning, collation.
⑤　A thing having the function that considered safety, operability.
⑥　I connect the existing radioactive rays information management system, and have cooperation of the enforcement information.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. August 1th, 2011
⑹　Contact point for the notice : Yuji Nagaoka, Director, Accounting Section 1, National Cancer Center Chuo Hospital, 5―1―1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104―0045, Japan. TEL 03―3542―2511 ext. 2150

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成23年６月17日
独立行政法人国立がん研究センター
理事長　嘉山　孝正
◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第６号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　放射線治療マルチリーフコリメータ一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成23年度第四・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　リーフ幅は５㎜幅以下であること。
②　既設のリニアック装置に搭載可能なこと。
③　ＭＬＣの精度、性能を十分に発揮できるように装置全体の調整を行うこと
④　安全性、操作性に配慮した機能を有すること
⑤　ライナック管理情報システムと既存放射線情報管理システムの接続を行ない、実施情報の連携ができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年７月29日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒104―0045　東京都中央区築地５－１－１　独立行政法人国立がん研究センター　財務経理部長　長岡　祐治　電話03―3542―2511　内線2150