◎調達機関番号　597　◎所在地番号　23

○第 07204 号（№07204）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　血管連続撮影装置一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成23年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　間接式ＦＰＤを搭載した血管撮影装置であること。

②　心臓、頭部、腹部検査に対応する汎用装置であること。

③　リアルタイムＤＳＡ撮影機能を有すること。

④　回転撮影機能を有し、解析が可能なこと。

⑤　簡易ＣＴ機能を有すること。

⑥　装置の運用、管理に有用な周辺機器を備えていること。

⑦　優れた操作性で、容易な血管解析機能を有すること。

⑧　当院既存の病院情報システム・放射線部門システム・画像サーバーと接続し、オーダー情報・画像情報の通信が出来て、管理保管が可能なこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年12月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒465―8620 愛知県名古屋市名東区梅森坂５―101　独立行政法人国立病院機構東名古屋病院企画課長　織田　浩司　電話052―801―1151　内線2117

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年10月17日から平成23年12月１日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 23

⑵　Nature and quantity of the productsto be required : The Full Degital Angiography Systems for Diagnosis and IVR 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement

①　Angiography Systems should be eqipped with an indirect type FPD.

②　The system should be able to carry out Cardiac, Neuro and Abdominal angiography.

③　The system should be able to perform a real-time DSA function.

④　The system should be able to perform rotaitional Angiography and the images obtained must be able to be analyse.

⑤　The system should be able to perform 3D-function which produces CT-Like images.

⑥　The system should be user friendly with a simple QCA／LVA function.

⑦　The system should be able to connect to HIS (Hospital Information System), RIS (Radiological Information), PACS (Picture Archiving and communication Systems), CIS (Cardiology Information System) of the hospital. DICOM MWM／MPPS and Storange Service should also be available.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. December 1, 2011

⑹　Contact point for the notice : Kouji Oda, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Higasi-nagoya National Hospital 5―101 Umemorizaka Meitou-ku, Nagoya-shi, Aichi-Pref 465―8620, Japan. TEL 052―801―1151 ext. 2117

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 23 年 10 月 17 日

国立大学法人山形大学

医学部附属病院長　久保田　功

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　06

○第３号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　13

⑵　導入計画物品及び数量　患者給食用厨房設備　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成24年度９月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　患者給食を安定して供給できる設備であること。

B　Newクックチル及びクックサーブに対応した設備であること。

C　適温給食が可能な設備であること。

D　中央配膳システムの運用が可能な設備であること。

E　厨房内温度管理及び食品保管及び食品保存機器の温度管理機能を有する設備であること。

F　乳児・新生児の調乳業務に対応した設備であること。

G　個別対応食の調理業務に対応した設備であること。

H　機器は省エネルギーに対応していること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成23年12月２日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒990―9585 山形市飯田西２―２―２　山形大学医学部企画管理課調達担当（病院担当）　武田　　薫　電話023―628―5028

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成23年10月17日から平成23年12月２日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成23年10月28日14時00分

⑵　開催場所　山形大学医学部第二会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 13

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Kitchen facilities for patient meals 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The facility/equipment shall be for producing and serving any diets meals to the patients.

B　The facility shall have New Cook Chill system and Cook-Serve system.

C　The facility and equipment shall be able to provide heat retaining food-service.

D　The facility shall have central cooking, central plating and delivery system.

E　The facility shall have temperature control system for kitchen, food storage and food storage equipment.

F　The facility shall be able to produce formula milk for newly-born infant and baby.

G　The facility shall be able to cook and serve individual／personal diet meal.

H　All equipment shall be of the energy-saving models.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 2, December, 2011

⑹　Contact point for the notice : Takeda Kaoru, Procurement Section, Accounting Division, Yamagata University Faculty of Medicine, 2―2―2 Iidanishi Yamagata-shi 990―9585 Japan, TEL 023―628―5028

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 23 年 10 月 17 日

国立大学法人鳥取大学長　能勢　隆之