C　It should be controlled remotely through a LINUX computer for powering on／off, voltage seting and status monitoring.
D　It should be designed carefully to avoid electric shock or injury to users, as well as damage to the parts and photo multipliers when a short circuit or an overcurrent event occurs.
E　It should be designed to reduce output voltage ripples and electromagnetic noiseto maintain the quality of observed data.
F　It should be designed and manufactured with careful quality control so that it is useable for more than 10 years with a yearly failure rate less than 0.1%.
G　It should be connected to current photomultipliers without modifing existing high voltage connectors.
H　The system should be started up as a continuation of the current system.
I　The manufacturer should keep technicians and parts in Japan so that repair work can be done quickly in the case of a malfunction.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 4, January, 2012
⑹　Contact point for the notice : Hiroki Moriyama, Accounting Division, Administration Department, Kashiwa-campus, The University of Tokyo, 5―1―5 Kashiwano-Ha, Kashiwa-shi, Chiba 277―8581 Japan, TEL 04―7136―3580

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 23 年 11 月 28 日
国立大学法人岡山大学学長　森田　　潔
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　33

○第７号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　手洗装置　一式
⑶　調達方法　購入
⑷　導入予定時期　平成24年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　蛇口に直接触れることなく、手洗いを行える機能を有すること。
B　シンク外側への水の流出を防ぐ機能を有すること。
C　主な材質は、汚れの付きにくい人工大理石であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年１月13日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒700―8558　岡山市北区鹿田町２－５－１　国立大学法人岡山大学　岡山大学病院経営・管理課調達グループ政府調達担当　角木　俊則　電話086―235―7540
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年11月28日から平成24年１月13日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年12月７日16時00分
⑵　開催場所　国立大学法人岡山大学医学部管理棟小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Hand-washing system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Have a function to wash hands, without touching a faucet directly.
B　Have a function which prevents the outflow of water to the sink outside.
C　Must be the cultured marble which is not easily stained with dirt.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 13, January, 2012
⑹　Contact point for the notice : Toshinori Kadoki, Procurement Section, Management Division, Okayama University Hospital, 2―5―1 Shikata-cho Kita-ku Okayama-shi 700―8558 Japan, TEL 086―235―7540

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 23 年 11 月 28 日
国立大学法人岡山大学学長　森田　　潔
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　33

○第８号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　Ｘ線デジタル画像総合診断治療システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　血管撮影装置
a　フラットパネルディテクタ搭載型であり、同時２方向からの撮影が可能であること。
b　循環器疾患及び脳血管疾患を診断・治療する機能を有すること。
c　回転ＤＳＡ撮影画像から３Ｄ画像を再構成する機能を有すること。
d　患者、従事者に対する被ばく低減機構を有すること。
B　ＩＶＲ－ＣＴ装置
a　フラットパネルディテクタ搭載型であること。
b　ＣＴ装置は128列以上のマルチスライスＣＴであること。
c　インターベンショナル治療が可能な機能を有すること。
d　回転ＤＳＡ撮影画像から３Ｄ画像を再構成する機能を有すること。
e　患者、従事者に対する被ばく低減機構を有すること。
C　移動型透視装置
a　フラットパネルディテクタ搭載型であること。
b　Ｃアーム型装置であること。
c　患者、従事者に対する被ばく低減機構を有すること。
D　ハイブリッド手術室システム
a　フラットパネルディテクタを搭載すること。
b　手術台はカーボン製テーブルトップであること。
c　回転ＤＳＡ撮影画像から３Ｄ画像を再構成する機能を有すること。
d　患者、従事者に対する被ばく低減機構を有すること。
E　ポリグラフ
a　循環器対応型であること。
F　Ｘ線画像読取装置
a　カセッテ型ＣＲ又はカセッテ型ＤＲに対応していること。
G　麻酔器
a　全身麻酔及び周術期の全身管理を行う機能を有すること。
H　循環器部門情報統合システム
a　血管造影検査の動画像を保存・配信可能であること。
b　既存の院内情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、読影システム及び画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）と接続可能であること。
I　その他周辺機器等を装備すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年１月13日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒700―8558　岡山市北区鹿田町２－５－１　国立大学法人岡山大学　岡山大学病院経営・管理課調達グループ政府調達担当　角木　俊則　電話086―235―7540
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年11月28日から平成24年１月13日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年12月５日11時00分
⑵　開催場所　国立大学法人岡山大学医学部管理棟中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。