⑩ Maintenance contracts that can be maintained without continued maintenance of the equipment failure.
⑪ Can have a comfortable environment for patients.
⑫ Piping needed for the clinical use of this system, wiring, power supply facilities, installation of cooling equipment, and to make adjustments.
⑸ Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. April 27, 2012
⑹ Contact point for the notice : Kazuhiro Ooki, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Uresino Medical Center, 2436 O-aza Shimojyukuhei Ureshino-cho Ureshino-shi Saga-ken 843―0393, Japan. TEL 0954―43―1120 ext. 220

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成24年3月12日
国立大学法人弘前大学
医学部附属病院長　花田　勝美
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　02
○第５号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
人工心肺装置　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成24年度２月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　人工心肺装置
人工心肺装置はローラーポンプ、遠心ポンプで構成されていること。
a　ローラーポンプ
i　ポンプヘッドは分離型であること。
ii　自己診断機能を有していること。
b　遠心ポンプ
i　遠心ポンプはシステムベースより電源供給されること。
ii　自己診断機能を有していること。
B　冷温水槽
冷温水槽は２系統以上の回路システムであること。
a　１系統
i　人工心肺用水槽が独立していること。
ii　２系統別々に調節可能なこと。
iii　循環回路内の循環水を回収できること。
b　２系統
i　循環回路内の循環水を回収できること。
C　自己血回収装置
i　術中の出血を回収、洗浄、濃縮できること。
D　ＣＤＩ装置
i　血液ガス、電解質、酸素飽和度、ヘモグロビン、ヘマトクリット値をオンラインで連続測定できること。
E　人工心肺自動記録装置
i　人工心肺データ、患者生体情報を自動取り込みできること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年４月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒036―8563 弘前市本町53　弘前大学医学部附属病院経理調達課　経理調達グループ　役務担当　高松　達典　電話0172―39―5188
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年３月12日から平成24年４月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年４月12日14時00分
⑵　開催場所　弘前大学医学部附属病院小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Cardiopulmonary bypass system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Cardiopulmonary bypass system
Artificial heart-lung machine is that it is configured roller pump and centrifugal pump.
a　Roller pump
i　Pump head should be a separate type.
ii　It has a self-diagnostic function.
b　Centrifugal pump
i　Centrifugal pump can be supplied power from the system base.
ii　It has a self-diagnostic function.
B　Hot and cold water tank
Hot and cold water tank should be a circuit system of two or more systems.
a　System 1
i　Water tank for the heart-lung machine that is independent.
ii　That can be adjusted to two different strains.
iii　Circulating water can be recovered in the circulation circuit.
b　System 2
i　Circulating water can be recovered in the circulation circuit.
C　Autologous blood recovery system
i　Bleeding during surgery is recovered, washed, can be concentrated.
D　Blood gas analyzer fo extracorporeal circulation
i　Can be measured continuously online blood gas, electrolytes, oxygen saturation, hemoglobin, hematocrit value.
E　Automatic recording device cardiopulmonary bypass
i　Uptake can be automatic the cardiopulmonary bypass date and the patient biological information.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 27, April, 2012
⑹　Contact point for the notice : Tatsunori Takamatsu, Accounting Procurement Group, Accounting Procurement Division, Hirosaki University Hospital, 53 Hon-cho Hirosaki-shi 036―8563 Japan, TEL 0172―39―5188

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成24年3月12日
国立大学法人島根大学長　山本　廣基
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　32
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　13
⑵　導入計画物品及び数量　患者給食調理システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度９月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　患者給食を安定して供給できる設備であること。
B　クックサーブに対応した設備であること。
C　厨房内温度管理及び食品保管及び食品保存機器の温度管理機能を有する設備であること。
D　乳児・新生児の調乳業務に対応した設備であること。
E　個別対応食の調理業務に対応した設備であること。
F　機器は省エネルギーに対応していること。
G　１日３回、毎日継続して最大600人分の食器を洗浄することができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年４月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒693―8501 出雲市塩冶町89―１　国立大学法人島根大学医学部会計課病院調達第一係　佐々木敏幸　電話0853―20―2548
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年３月12日から平成24年４月12日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年３月19日14時00分
⑵　開催場所　島根大学医学部本部棟第二会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。