2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年５月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒770―8503　徳島市蔵本町２―50―１　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　大坂　誠一　電話088―633―9559
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年３月26日から平成24年５月14日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年４月３日16時30分
⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : X-Ray angiography system for Surgical operation 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The C-arm system should be a ceiling mounted single plane.
B　The system should be a multipurpose angiography system equipped with a flat-panel detector.
C　The system should have functions to decrease exposure dose for patients and medical staffs.
D　Fixed operating table should be equipped with a carbon fiber table top.
E　The system should include ceiling surgical lights and other peripheral equipments.
F　Fully compliant with the medical information system in our hospital.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 14, May, 2012
⑹　Contact point for the notice : Seiichi Osaka, Supplies, University Hospital, Accounting and Supply Affairs Section, National University Corporation, The University of Tokushima, 2―50―1 Kuramoto-cho Tokushima-shi　770―8503　Japan, TEL 088―633―9559

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年３月 26 日
国立大学法人徳島大学長　香川　　征
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36

○第５号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　心血管造影撮影装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度11月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　フラットパネルディテクタ搭載型の心血管撮影装置であること。
B　画像の出力及び保存は、ＤＩＣＯＭ規格に対応していること。
C　既存の院内画像ネットワークシステムとの連携ができること。
D　造影剤自動注入装置を装備していること。
E　患者及び従事者の被曝低減機能を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年５月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒770―8503　徳島市蔵本町２―50―１　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　大坂　誠一　電話088―633―9559
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年３月26日から平成24年５月14日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年４月３日15時00分
⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Cardiovascular diagnostic X-ray angiography system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system should be a cardiovascular diagnostic X-ray angiography system with a flat panel detector.
B　Image output and reserve should correspond to DICOM standards.
C　The system should be incorporated into the imaging network system which has been equipped.
D　The system should be equipped with a contrast automatic infusion device.
E　The system should be equipped with the functions of radiation exposure reduction of patients and the staff.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 14, May, 2012
⑹　Contact point for the notice : Seiichi Osaka, Supplies, University Hospital, Accounting and Supply Affairs Section, National University Corporation, The University of Tokushima, 2―50―1 Kuramoto-cho Tokushima-shi　770―8503　Japan, TEL 088―633―9559

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年３月 26 日
国立大学法人徳島大学長　香川　　征
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36

○第６号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ガンマカメラシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度11月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　２検出器以上を有する高感度ＳＰＥＣＴ装置であり、ＣＴ装置も備え心臓領域を含めた全身検査に対応可能であること。
B　高度の核医学画像解析処理に対応できるワークステーションを有し、ＭＲＩ画像との重ね合わせも可能であること。
C　最適な診療情報を得るために必要なコリメータを装備していること。
D　標準的なＤＩＣＯＭ形式で画像出力や取り込みが可能であり、既存の画像ネットワークシステムと連携できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年５月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒770―8503　徳島市蔵本町２―50―１　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　大坂　誠一　電話088―633―9559
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年３月26日から平成24年５月14日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年４月３日15時30分
⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Gamma Camera System 1 Set